SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62–700 Turek, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 8 listopada 2019 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup sterylizatora medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: PN XXXVII/2019.

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający w miejscu instalacji posiada wszelkie niezbędne podłączenia mediów, tzn. zasilanie elektryczne (instalacja przystosowana do obciążenia rzędu 30-35 kW), sprężone powietrze (ciśnienie 3-6 bar), woda zmiękczona (ciśnienie min. 3 bary) + demineralizowana (przewodność właściwa zgodna z normą EN285 tzn. ≤ 5 µS / cm, ciśnienie min. 3 bary), kanalizacja (odpływ pod planowanym miejscem instalacji urządzenia).
   Odpowiedź:
   Zamawiający w miejscu instalacji posiada media: zasilanie elektryczne, sprężone powietrze, wodę zmiękczoną, kanalizacje przy urządzeniu. Zamawiający nie posiada instalacji wody demineralizowanej.
2. Prosimy o wskazanie po czyjej stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy) będzie leżało przygotowanie pomieszczeń do instalacji urządzenia, tzn. przygotowanie oraz zabudowa otworu montażowego pomiędzy strefami a także wykonanie innych niezbędnych prac, np. przygotowania mediów w przypadku, gdy Zamawiający udzieli negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie.
   Odpowiedź:
   Przygotowanie pomieszczeń do instalacji urządzenia tzn. przygotowanie oraz zabudowa otworu montażowego pomiędzy strefami a także wykonanie innych niezbędnych prac należy do Wykonawcy.
3. Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu oczyszczania wody (filtracja wstępna + zmiękczacz) w sposób umożliwiający prawidłowe działanie 2 sterylizatorów – zgodnie z normą PN-EN 285." Prosimy o wskazanie z jakich urządzeń do oczyszczania wody korzysta Zamawiający oraz jaka jest ich wydajność i parametry przewodności właściwej wody na wyjściu z posiadanego systemu. Prosimy również o informację, czy istniejąca instalacja systemu oczyszczania wody jest doprowadzona do miejsca instalacji sterylizatora oraz czy będzie możliwość jej wykorzystania. Jeżeli nie prosimy o informację jaka jest odległość od systemu oczyszczania wody do miejsca instalacji nowego sterylizatora.
   Odpowiedź:
   Szpital posiada wstępną filtracje i zmiękczacz wody. Obecna instalacja systemu wody jest doprowadzona do miejsca instalacji sterylizatora, istnieje możliwość wykorzystania tej instalacji.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

Sporządził:
Imię i nazwisko – Agata Cebula
Stanowisko – referent
Numer telefonu 63 280 5615