



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62-700 Turek, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 8 listopada 2019 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup sterylizatora medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: PN XXXVII/2019.

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Dot. pkt. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia o wys. 1954 mm i głębokości 1336 mm?  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza asortyment o proponowanym parametrze.
2. Dot. pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści komorę o pojemności 445 litrów? Wymaganie konkretnej pojemności komory z minimalnym odchyleniem jednoznacznie wskazuje na jednego producenta tj. CISA dystrybuowanego wyłącznie przez firmę STERIMED.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza asortyment o proponowanym parametrze.
3. Dot. pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie nowoczesne z oszczędną, o lekkiej konstrukcji komorą sterylizacyjną o grubości ścian 5 mm? Wymagana przez Zamawiającego grubość komory jednoznacznie wskazuje na jednego producenta tj. CISA dystrybuowanego wyłącznie przez firmę STERIMED.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza asortyment o proponowanym parametrze.
4. Dot. pkt. 24 - Prosimy o dopuszczenie sterylizatora z zakresem temperatur od 105°C do 136°C , które są właściwymi temperaturami do pracy w warunkach szpitalnych oraz zapewnia możliwość stosowania testów do sterylizacji które badają parametry procesu w zakresach ogólnie przyjętych czyli 121-135 °C  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza asortyment o proponowanym parametrze.
5. Dot. pkt. 24 -Prosimy o dopuszczenie sterylizatora z zakresem temperatur od 105°C do 136°C , które są właściwymi temperaturami do pracy w warunkach szpitalnych oraz zapewniają możliwość stosowania testów do sterylizacji, które badają parametry procesu w zakresach ogólnie przyjętych czyli 121-135 °C.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza asortyment o proponowanym parametrze.
6. Dot. pkt. 27 - Prosimy o dopuszczenie wytwornicy pary mocy 48 kW zapewniającej szybkie realizowanie cykli sterylizacyjnych.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza asortyment o proponowanym parametrze.
7. Dot. pkt. 29 - Prosimy o dopuszczenie grzałek z materiałów odpornych na korozję tj. stali nierdzewnej.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza asortyment o proponowanym parametrze.

8. Dot. pkt. 53 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia o mocy całkowitej 51 kW.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza asortyment o proponowanym parametrze.

9. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 1-7 poprzez nadanie mu brzmienia:
- 1) W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto umowy (kwoty z § 5 ust. 1 niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki
  - 2) W razie wystąpienia nienależytego wykonania realizacji w sposób inny niż poprzez zwłokę w realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 150,00 zł brutto za każde zaistniałe zdarzenie.
  - 3) W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu napraw pogwarancyjnych, przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki od dnia następnego w którym upłynął termin napraw pogwarancyjnych, licząc przeglądy techniczne konserwacji.
  - 4) W razie wystąpienia zwłoki w wymianie elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 150,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin wymiany elementu/podzespołu.
  - 5) W razie wystąpienia nienależytego wykonania postanowień wynikających § 4 ust. 4 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek.
  - 6) Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne.
  - 7) Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu przedmiotu niniejszej umowy może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

10. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 13 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:  
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że § 13 w projekcie umowy, otrzymuje brzmienie:

„1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego.

2. Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia.”

DYREKTOR  
Sarıyaylaklar Belediyesi  
Zespołu Zarządzania Turku  
*K. Sobczak*  
Krzysztof Sobczak