SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62–700 Turek, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 31 sierpnia 2020r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: PN XX/2020.

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pytanie 1
   Dotyczy pakietu 20
   Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 20 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200szt?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.
2. Pytanie 2
   Dotyczy pakietu 20
   Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 20 nakłuwacze w rozmiarze 25Gx1,5 mm?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.
3. Pakiet nr 2 poz. 1:
   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z drenem w uniwersalnym standardowym rozmiarze dla dorosłych ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.
4. Pakiet nr 4 poz. 1:
   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach :
   - filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME,
   - Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml,
   - Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml,
   - Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
   - Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
   - Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem - Sterylny.
   Odpowiedź:
   Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. W pakiecie nr 4 Zamawiający wymaga:
   „Filtr oddechowy bakteryjny mechaniczny typu HEPA, z wkładem harmonijkowym antybakteryjny i antywirusowy, o przestrzeni martwej od 45ml i objętości od 52 ml, filtracji bakteryjno wirusowej min 99,99999%, z portem do kapnografu, sterylny, z wyraźnym zaznaczeniem kierunku przepływu gazu."
   Czy w przypadku, gdy budowa filtra umożliwia umieszczenie filtra na aparacie jedynie jedną stroną, co wyklucza pomyłkę, Zamawiający odstąpi od wymogu SIWZ: „z wyraźnym zaznaczeniem kierunku przepływu gazu"?
   UZASADNIENIE:
   Wyraźne zaznaczenie kierunku przepływu gazu ma na celu prawidłowe zamontowanie filtra na aparacie. W niektórych filtrach jest to uzasadnione.
   Jednak oferowany filtr nie posiada zaznaczonego kierunku przepływy gazu, ponieważ jego budowa uniemożliwia zamontowanie filtra w inny sposób niż prawidłowy. Druga końcówka filtra nie pasuje do aparatu. Przy takiej budowie, nie ma uzasadnienia aby na filtrze umieszczone było dodatkowo oznakowanie kierunku przepływu gazu, celem prawidłowego zamontowania na aparacie. Wymóg w takiej sytuacji jest zbędny i bezcelowy.
   Odpowiedź:
   Zamawiający odstępuje od wymogu: „z wyraźnym zaznaczeniem kierunku przepływu. Do pobrania zaktualizowany załącznik.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

Sporządził:
Imię i nazwisko – Agata Cebula
Stanowisko – referent
Numer telefonu 63 280 5615