



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62-700 Turek, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 2 września 2020r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: PN XX/2020.

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pakiet 6 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu $0,08\text{mm} \pm 0,01\text{mm}$, na dłoni $0,06 \pm 0,01\text{mm}$, AQL 1.0, średnia siła zrywu min. 7N, długość min. 240 mm. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

2. Pakiet 17 – Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu $0,11 \pm 0,02\text{mm}$, na dłoni $0,10 \pm 0,02\text{mm}$ na mankiecie $0,07 \pm 0,01\text{mm}$, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczane do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

3. Pakiet 16 – Czy Zamawiający miał na myśli rękawiczki foliowe w opakowaniu a'100szt i czy takie opakowanie jest jednostką miary?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że miał na myśli rękawiczki foliowe w opakowaniu 100szt, takie opakowanie jest jednostką miary.

4. Pakiet 19 – Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitrylowe, o właściwościach bakteriobójczych, bezpudrowe, niesterylne, kolor chabrowy, teksturowane na palcach, powierzchnia zewnętrzna z zawartością tlenu singletowego, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, grubość na palcu $0,08\text{mm} \pm 0,02\text{mm}$, na dłoni $0,06\text{mm} \pm 0,01\text{mm}$, długość min 240mm. AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F 1671 (potwierdzone raportem z jednostki niezależnej). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice przebadane na przenikanie min. 11 substancji chemicznych, w tym min. 5 substancji na poziomie 6. Odporne na min. 10 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Udokumentowana skuteczność bakteriobójcza zgodnie z ASTM D 7907 na

min. 4 bakterie: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 200 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

5. Pakiet 20 – Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz automatyczny, 23G, głębokość nakłucia 1,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem siwz.

6. Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, dla objętości oddechowej 200-1500ml, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na linie, pakowany pojedynczo papier/folia, bez wyraźnego zaznaczenia kierunku przepływu gazu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

7. Dotyczy pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek tlenowych dla dorosłych w rozmiarze uniwersalnym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

8. Dotyczy pakietu 4

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie filtra oddechowego bakteryjnego mechanicznego typu HEPA, z wkładem harmonijkowym antybakteryjnym i antywirusowym, o przestrzeni martwej 63ml, filtracji bakteryjno wirusowej 99,999%, z portem do kapnografu, sterylne, z wyraźnym zaznaczeniem kierunku przepływu gazu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak
Krzysztof Sobczak

Sporządził:
Imię i nazwisko – Agata Cebula
Stanowisko – referent
Numer telefonu 63 280 5615