SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
62-700 Turek, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00
NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 4 grudnia 2020 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: PN XXI/2020.

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego poz. 1: Trzpień tytanowy, w 1/3 bliższej o strukturze porowatej, pokryty okładziną porowatą, rodzaj powierzchni okładziny hydroksyapatyt lub tytan, zaopatrzony w elementy antyrotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się trzpienia; stożek konusa 12/14, zakres rozmiarów nie mniej niż 8, kąt szyjkowo trzonowy trzpienia 138?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
2. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego poz. 3: Panewka typ press-fit, tytanowa, z trzema otworami na śruby (fabrycznie zaślepione) i bez otworów; zakres rozmiarów średnicy zewnętrznej od 42 mm do 68 mm ze skokiem co 2 mm, uniwersalna do zastosowania wkładek polietylenowych i ceramicznych?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
3. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 Endoprotezy cementowe stawu biodrowego poz. 1: Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się w kanale kostnym), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 8 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
4. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 Endoprotezy cementowe stawu biodrowego poz. 3: Panewka polietylenowa z markerem radiologicznym. Zakres rozmiarów średnicy zewnętrznej od 44 mm do 60 mm (skok co 2 mm) dla głowy 28 mm, oraz zakres średnicy zewnętrznej od 44 do 64 dla głów 32 mm, opcjonalnie panewka zatrzaskowa?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
5. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 Endoprotezy cementowe stawu biodrowego z głową bipolarną poz. 1: Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się w kanale kostnym), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 8 rozmiarach (długości trzpieni od 132mm do 160mm), konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138° oraz Trzpień rewizyjny, anatomiczny prawy, lewy, cementowany, kołnierzowy; wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, dostępny od 2 do 5 rozmiarów, rozmiar trzpienia uzależniony od długości trzpienia, dostępne 4 długości 170, 200, 250 i 300mm; stożek 12/14; kąt szyjkowo-trzonowy 135°?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
6. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 Endoprotezy cementowe stawu biodrowego z głową bipolarną poz. 2: głowę bipolarną średnica wewnętrzna 28mm, średnica zewnętrzna od 42mm do 60mm ze skokiem co 1mm oraz średnica wewnętrzna 22mm, średnica zewnętrzna od 39mm do 41mm ze skokiem co 1mm?
   Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

7. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4 Endoprotezy cementowe całkowite stawu kolanowego poz. 1:
   Część udowa wykonana ze stopu CoCrMo, komponent z geometrią wieloosiową (tzw. J-curve); anatomiczna (lewa, prawa) z możliwością wymiany lub zachowania powierzchni stawowej rzepki, w 5 rozmiarach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego?
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
8. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4 Endoprotezy cementowe całkowite stawu kolanowego poz. 2:
   Część piszczelowa kobaltowo – chromowa, symetryczna, dostępna w 6 rozmiarach, górna powierzchnia gładko polerowana, możliwość zastosowania trzpieni śródszpikowych w różnych średnicach i w różnych długościach?
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
9. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4 Endoprotezy cementowe całkowite stawu kolanowego poz. 3:
   Ruchoma wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu, z cylindrycznym i stożkowym trzpieniem zapobiegającym zwichnięciu wkładki na komponencie piszczelowym, z wcięciem na rzepkę w części przedniej wkładki, grubość: 10 mm, 12,5 mm, 15 mm, 17,5 mm i 20mm. Standardowo w wersji CR wkładka zapewnia stabilizację AP bez wycinania klatki Insalla?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
10. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
    Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego poz. 1:
    Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu w całości pokryty hydroksyapatytem w 9 rozmiarach. Stożek eurokonus 12/14. Trzpień o prostokątnym przekroju poprzecznym w części przynasadowej, zwężający się dystalnie. Trzpień posiadający pionowe rowki w części bliższej poprawiające pierwotną stabilizację i osteointegrację. opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty HA?
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
11. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
    Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego poz. 2.1:
    Głowy metalowe CoCrMo w średnicach 22mm, 28 mm i 32 mm w 3 długościach szyjki?
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
12. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
    Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego poz. 2.2:
    Głowy ceramiczne średnica 28 mm w 3 długościach szyjki, głowy 32 mm i 36 mm w 4 długościach szyjki.?
    Odpowiedź:
    Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
13. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
    Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego poz. 3:
    Panewka podwójnej ruchomości o kształcie anatomicznym typu "Press-Fit" bez otworów na śruby. Antyluksacyjna, wykonana ze stopu CoCrMo, pokryta czystym tytanem i dodatkowo HA. Część wewnętrzna wysokopolerowana z gładkim obrzeżem. Wersja bezcementowa Ø 42 – 64mm (skok co 2 mm). Dostępna również w wersji cementowej Ø 44 – 64 mm (skok co 2 mm)?
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
14. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
    Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego poz. 4:
    Wkład do panewki podwójnej ruchomości - wkład sferyczny o średnicy wewnętrznej Ø 22, 28 i 32 mm i zewnętrznej dostosowanej do wielkości panewki. Wykonany z polietylenu o maksymalnie wysokiej odporności na ścieranie, z witaminą E.?
    Odpowiedź:
    Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
15. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 6 Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego poz. 1:
Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu w całości pokryty hydroksyapatytem w 9 rozmiarach. Stożek eurokonus 12/14. Trzpień o prostokątnym przekroju poprzecznym w części przynasadowej, zwężający się dystalnie. Trzpień posiadający pionowe rowki w części bliższej poprawiające pierwotną stabilizację i osteointegrację. opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty HA?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

16. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 6 Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego poz. 2:
Głowy metalowe CoCrMo w średnicach 22mm, 28 mm i 32 mm w 3 długościach szyjki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
17. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 6 Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego poz. 3:
Panewka podwójnej ruchomości o kształcie anatomicznym typu "Press-Fit" bez otworów na śruby. Antyluksacyjna, wykonana ze stopu CoCrMo, pokryta czystym tytanem i dodatkowo HA. Część wewnętrzna wysokopolerowana z gładkim obrzeżem. Wersja bezcementowa Ø 42 – 64 mm (skok co 2 mm). Dostępna również w wersji cementowej Ø 44 – 64 mm (skok co 2 mm)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
18. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 6 Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego poz.4 :
Wkład do panewki podwójnej ruchomości - wkład sferyczny o średnicy wewnętrznej Ø 22, 28 i 32 mm i zewnętrznej dostosowanej do wielkości panewki. Wykonany z polietylenu o maksymalnie wysokiej odporności na ścieranie, z witaminą E.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
19. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 13 Endoprotezy bezcementowe stawu kolanowego poz. 1:
Część udowa bezcementowa wykonana ze stopu CoCrMo, pokryta okładziną ceramiczną, komponent z geometrią wieloosiową (tzw. J-curve); anatomiczna (lewa, prawa) z możliwością wymiany lub zachowania powierzchni stawowej rzepki, w 5 rozmiarach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
20. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 13 Endoprotezy bezcementowe stawu kolanowego poz. 2:
Część bezcementowa, wykonana z CoCrMo, pokryta okładziną ceramiczną, symetryczna, dostępna w 6 rozmiarach, górna powierzchnia gładko polerowana, możliwość zastosowania trzpieni śródszpikowych w różnych średnicach i w różnych długościach?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
21. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 13 Endoprotezy bezcementowe stawu kolanowego poz. 3:
Ruchoma wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu, z cylindrycznym i stożkowym trzpieniem zapobiegającym zwichnięciu wkładki na komponencie piszczelowym, z wcięciem na rzepkę w części przedniej wkładki, grubość: 10 mm, 12,5 mm, 15 mm, 17,5 mm i 20mm. Standardowo w wersji CR wkładka zapewnia stabilizację AP bez wycinania klatki Insalla?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
22. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 14 Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego poz. 1:
Komponent udowy ze stopu CoCrMo typu półzwiązanego dostępny w min 5 rozmiarach, komponent z geometrią wieloosiową, kulistą (tzw. J-curve); konstrukcja którego pozwala na przykręcenie metalowych augmentów do wypełniania ubytków kostnych kłykcia przyśrodkowego i bocznego w części tylnej i dystalnej. Konstrukcja komponentu udowego pozwala na zamocowanie do niego trzpieni śródszpikowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
23. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 14 Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego poz. 2: Tylne i dystalne podkładki udowe – dostępne w 5 rozmiarach o grubości 5 mm i 10 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

24. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 14 Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego poz. 3: Rotacyjna wkładka polietylenowa typu półzwiązanergo, wykonana z polietylenu typu UHMWE, kongruencja z komponentem udowym, dostępna w 5 rozmiarach o grubości 10 mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm i 20mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
25. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 14 Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego poz. 4: Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo w min. 5 rozmiarach, którego konstrukcja pozwala na zamocowanie trzpieni śródszpikowych oraz przykręcenie augmentów uzupełniających ubytki kostne kłykcia przyśrodkowego i bocznego. Górna powierzchnia gładko polerowana ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
26. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 14 Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego poz. 5: Podkładki piszczelowe, dostępne w 5 rozmiarach o grubości 5mm i 10 mm, dla przedziału bocznego i przyśrodkowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
27. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 14 Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego poz. 6: Łącznik offsetowy neutralny oraz umożliwiający ustawienie offsetu o wielkości 2mm, 4mm i 6mm dla komponentu udowego oraz umożliwiający ustawienie offsetu o wielkości 2mm, 4mm dla komponentu piszczelowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
28. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 14 Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego poz.7: Przedłużki piszczelowe i udowe z rowkami antyrotacyjnymi dostępne w średnicach od 10mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm i 20 mm w trzech długościach 100, 150 i 200 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
29. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 15 Endoprotezy cementowe stawu kolanowego z powłoką antyalergiczną poz. 1:
Część udowa cementowa wykonana ze stopu CoCrMo, pokryta okładziną ceramiczną /hypoalergiczną, komponent z geometrią wieloosiową (tzw. J-curve); anatomiczna (lewa, prawa) z możliwością wymiany lub zachowania powierzchni stawowej rzepki, w 5 rozmiarach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
30. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 15 Endoprotezy cementowe stawu kolanowego z powłoką antyalergiczną poz. 2:
Część piszczelowa cementowa, wykonana z CoCrMo, pokryta okładziną ceramiczną/ antyalergiczną symetryczna, dostępna w 6 rozmiarach, górna powierzchnia gładko polerowana, możliwość zastosowania trzpieni śródszpikowych w różnych średnicach i w różnych długościach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.
31. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, zestawienie asortymentowo-cenowe
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 15 Endoprotezy cementowe stawu kolanowego z powłoką antyalergiczną poz.3:
Ruchoma wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu, z cylindrycznym i stożkowym trzpieniem zapobiegającym zwichnięciu wkładki na komponencie piszczelowym, z wcięciem na rzepkę w części przedniej

wkładki, dostępna w 5 rozmiarach i 5 grubościach (10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm i 20mm). Standardowo w wersji CR wkładka zapewnia stabilizację AP bez wycinania klatki Insalla?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

32. Dotyczy SIWZ, rozdz. XIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 4 oraz 6.
Zwracamy się z pytaniem, czy w celu zwiększenia konkurencyjności, Zamawiający odstąpi od wymogu bezpłatnego dostarczenia i użyczenia: kinetycznego systemu nawigacji komputerowej do założenia minimum 8 endoprotez stawu kolanowego – dotyczy Pakietu nr: IV? Jeśli tak, prosimy o zmianę zapisów SIWZ oraz załącznika nr 5 do SIWZ, tj. projektu umowy dostawy w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów siwz.

33. Dotyczy SIWZ, rodz. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, pkt. 2.
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem: (Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza) Wykonawca składa opisy, foldery, ulotki, fotografie, katalogi, karty katalogowe, materiały informacyjne, instrukcje jednoznacznie potwierdzające parametry wymaganie w opisie przedmiotu zamówienia na wezwanie Zmawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wezwie do złożenia ww. dokumentów Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

34. Czy zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści:
Panewkę typ press-fit, tytanowa, z zaślepionymi otworami, zakres rozmiarów średnicy zewnętrznej od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, uniwersalna do zastosowania wkładek polietylenowych i ceramicznych.
Panewkę polietylenowa z markerem radiologicznym o przedłużonej wytrzymałości na ścieranie. Zakres rozmiarów średnicy zewnętrznej od 46 mm do 58 mm (skok co 2 mm), średnica wewnętrzna 28
Trzpień rewizyjny – modularny złożony z części krętarzowej i dystalnej. Wykonany ze stopu tytanu. Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm.
Głowa bipolarną, dwuczęściowa, czasza zewnętrzna ze stopu CoCr o średnicy od minimum 41 do minimum 61mm., wkład wewnętrzny polietylenowy na głowę o średnicy 28mm.
Artykulacje ceramiczną tj : wkład ceramiczny, głowę ceramiczną w formie wysyłki loan set po wcześniejszym ustaleniu z operatorem
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

35. Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 4:
Endoproteza cementowana stawu kolanowego,
Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

36. Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 :
Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, stożek szyjki 12/14mm. W minimum 10 rozmiarach . Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo. Trzpień posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy.
Głowa metalowa CoCr 28
Wkładka do panewki typu „press-fit", wykonana z wysokousieciowanego polietylenu - crosslink, dla głów o

średnicy 28mm
Panewka typu „press-fit", tytanowa, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od minimum 46mm do minimum 64 mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.


37. Dotyczy wzoru umowy
Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego.
Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiejkolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami.
Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.
Odpowiedź:
Korzystanie z instrumentarium opiera się na bezpłatnym użyczeniu (§2 ust. 4 projektu umowy dostawy). Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział III, punkt 12, oraz zapisami projektu umowy §2 ust.10. Zamawiający po zakończeniu obowiązującej umowy zwróci Wykonawcy kompletne instrumentaria w stanie niepogorszonym poza tym, który wynika z jego normalnej eksploatacji.

38. Dotyczy Faktury
Czy wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej (zapis w formacie PDF?. W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności, Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przesyłania oryginału faktur w formie papierowej.

39. Dotyczy Pakietu 5:
Czy zamawiający dopuści do postepowania, bez zachowania pierwotnych wymagań protezę o następujących parametrach technicznych:
- pkt 1. Trzpień w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości w minimum 12 rozmiarach. Trzpień posiada opcje standardową i lateralizowaną oraz wersje bezcementową i cementową. Uniwersalne instrumentarium pozwala na śródoperacyjny wybór trzpienia. W opcji trzpienie rewizyjne o tej samej geometrii co trzpień pierwotny, w minimum 4 długościach, dodatkowo posiadające nacięcia w zwężającej się części dystalnej. Stożek trzpienia 12/14
- pkt 2. Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki.
- pkt 3. Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki.
- Śruba gąbczasta o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanej panewki.

40. Pakiet VIII – Endoprotezy głowy kości promieniowej
Czy Zamawiający w pak. VIII dopuści cementową protezę głowy kości promieniowej wykonaną ze stopu kobalt – chrom. Endoproteza składająca się z dwóch elementów: głowy bipolarnej o min. 2 średnicach (19 mm i 22 mm) oraz trzpienia z małą głową o min. 2 długościach (55 mm i 60 mm) i min. 2 średnicach (6,5 mm i 8 mm). Trzpień

powinien mieć 15st. kąt szyjkowo-trzonowy. Proteza dzięki systemowi bipolarnemu powinna umożliwiać zakres ruchu 35st.



Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

Sporządził:
Imię i nazwisko – Agata Cebula
Stanowisko – Referent
Numer telefonu 63 280 5615