

Odpowiedzi na pytania do konkursu na lecarskie świadczenia zdrowotne w zakresie opisywania badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb SP ZOZ w Turku

1. Rozstrzygnięcie konkursy ma mieć miejsce 31.12.2020, tak samo jak termin integracji systemu i przeszkolenia pracowników.

- Na tą chwilę czas integracji jest zależny od dostawcy Państwa RiS'a, z którym niestety jest utrudniony kontakt. Proces integracji trwa około dwóch tygodni, pod warunkiem, że dostawcy systemów mają siły przerobowe, o które jest bardzo trudno w końcówce roku. Czy Udzielający zamówienia dopuszcza, uruchomienie systemu teleradiologii do końca drugiego tygodnia stycznia, a pełną integrację do końca drugiego tygodnia lutego?

Odp. Udzielający zamówienia dopuszcza proponowane terminy.

2. Z jednej strony Udzielający zamówienia oświadcza, że zatrudniony przez niego personel spełnia wszystkie wymagane przez prawo uprawnienia do przeprowadzania badań TK, z drugiej strony, w umowie mamy zapis według którego, to personel przyjmującego zamówienie - niebędący fizycznie w pracowni i nie widzący 1:1 wykonywanych skanów, ma podjąć decyzję o sposobie i wykonania badania, a tym samym o podaniu środka kontrastującego co jest niezgodne z prawem - czy możemy zrezygnować z tego zapisu? Oczywiście nasz personel wspomaga techników podczas dyżurów i badań cito.

Odp. Udzielającemu zamówienia chodziło o konsultacje z lekarzem oferenta a decyzję o podaniu kontrastu pacjentowi podejmuje lekarz po stronie udzielającego zamówienia.

3. Czy udzielający zamówienia wyraża zgodę na opis badania TK w trybie planowym (zwykłym) w terminie do 48 godz?

Odp. Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

4. Czy udzielający zamówienia wyraża zgodę na kary umowne: 10% ceny jednostkowej badania planowego i 15% ceny jednostkowej badania pilnego za każdy stwierdzony przypadek?

Odp. Udzielający zamówienia wyraża zgodę na kary: 15% ceny jednostkowej badania planowego i 20% ceny jednostkowej badania pilnego za każdy stwierdzony przypadek

5. Czy udzielający zamówienia wyraża zgodę na wypowiedzenie umowy bez podawania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego?

Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.

6. Czy wymagana jest tylko integracja z systemem PACS czy również z systemem RIS/HIS? Jeżeli tylko z PACS to czy możliwe jest bezpłatne dodanie węzła Dicom do tomografu?

Odp. Udzielający zamówienia wymaga integracji z z obydwoma systemami.

7. Czy udzielający zamówienia dopuszcza zainstalowanie serwera 1U (bramka DICOM) w swojej infrastrukturze przez Przyjmującego Zamówienie?

Odp. Udzielający zamówienia dopuszcza zainstalowanie w/w serwera.