

Turek, dnia 14 kwietnia 2021 r.

SP ZOZ / DZ / 338 / 2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-4/2021

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający nie zdublował opisu pkt. 5 tj. urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej i pkt. 7 Ssak nożny? Oba te punkty opisują takie same urządzenie tj. urządzenie do mechanicznego ucisku klatki piersiowej. Czy w związku w powyższym Zamawiający wymaga zaoferowania ssaka nożnego? Jeżeli tak to czy Zamawiający dopuści ssak nożny o poniższych parametrach: Duża moc ssania: swobodny przepływ przez końcówkę ssącą 10 mm wynosi 70 l/min (podciśnienie 0,8 bar). Szybkość i efektywność: odessanie 250 ml gęstego płynu w czasie około 2 sekund. Zwarta konstrukcja: waga 1 kg. Nieograniczona objętość zbiornika: w nagłych sytuacjach odsysanie można kontynuować gdy zawartość się przelewa (standardowo objętość zbiornika wynosi 600 ml) Prosta w użyciu: pompa może być poruszana ręką lub nogą. Siła ssania jest łatwo wyczuwalna i łatwo kontrolowana. Konserwacja: prosta konstrukcja pozwala na błyskawiczny demontaż i złożenie, wszystkie elementy można sterylizować w autoklawie.

Odpowiedź:

W załączniku nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia doszło o omyłki, Zamawiający pismem z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmienił treść załącznika nr 4, jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaproponowany ssak nożny.

2. dotyczy pkt. 5.4 – czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej przy pomocy mechanicznego tłoka bez ssawki relaksacyjnej z pasem piersiowym w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Krzysztof Sobczak