



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62-700 Turek, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 6 maja 2021 r.

SP ZOZ / DZ /447 / 2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-5/2021.

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy pakietu 6

W ramach wyrównania szans konkurencyjności, prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu produktu: 6.1 Cewnik do podawania tlenu przez nos, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, nietoksyczny, niepirogenny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

2. Dotyczy pakietu 6

W ramach wyrównania szans konkurencyjności, prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu produktu: 6.2 Maski tlenowej z drenem o wysokiej koncentracji tlenu, z workiem, dla dorosłych w dwóch rozmiarach L/XL

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

3. Dotyczy pakietu 6

W ramach wyrównania szans konkurencyjności, prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu produktu: 6.3 Maski tlenowej z drenem o wysokiej koncentracji tlenu, z workiem, dla dzieci w rozmiarze M.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

4. Dotyczy pakietu 6

W ramach wyrównania szans konkurencyjności, prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu produktu: 6.4 Uniwersalny zestaw do inhalacji dla dorosłych (maska dla dorosłych z gumką podtrzymującą ją na twarzy, nebulizator, dren łączący o dł. 2,1 m)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

5. Dotyczy pakietu 6

W ramach wyrównania szans konkurencyjności, prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu produktu: 6.5 Uniwersalny zestaw do inhalacji dla dzieci (maska dla dzieci posiadająca gumkę podtrzymującą ją na twarzy, nebulizator, przewód łączący o dł. 2,1 m)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

6. Dotyczy pakietu 6

W ramach wyrównania szans konkurencyjności, prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu produktu: 6.6 Dren do tlenu o długości min. 4 m

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

7. Dotyczy pakietu 6

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.: 6.1 Kaniula Tlenowa Miękkie Końce Proste, Dorosły, 210 cm niezagniatający się dren z 2 standardowymi złączami, produkt mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.

8. Dotyczy pakietu 6

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.: 6.2 Maski Tlenowa Wysokiej Koncentracji Dorosły, pod brodę (rozmiar uniwersalny), 210 cm niezagniatający się dren, standardowe złącza, dwa boczne zawory z workiem oddechowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.

9. Dotyczy pakietu 12

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.: Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiary rurek bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.

10. Dotyczy pakietu 13

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.: W związku z posiadaniem w ofercie dodatkowego rozmiaru nr 2 - 8,0 cm. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurek Guedel w poniższej numeracji. Pozostałe parametry bez zmian.

nr 0,0-5,0 cm

nr 0-6,0 cm

nr 1-7,0 cm

nr 3-9,0 cm

nr 4-10 cm

nr 5-11 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.

11. Dotyczy pakietu 14

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.: Dostępnego w rozmiarach 3,5 - 6,0. Bez rozmiaru 2,0; 2,5; 3,0.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.

12. Dotyczy pakietu 15

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.: Produktu dostępnego z przewodnicą. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.

13. Dotyczy pakietu 17

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Produktu dostępnego bez mankietu. Pozostałe parametry bez zmian.

14. Dotyczy pakietu 18

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.: Filtr HEPA mechaniczny / elektrostatyczny, o wadze 41g, objętości oddechowej 150-1500 ml, martwej przestrzeni 63, filtracji

99,9999 % / 99,9999 B/V, wydajności nawilżenia Vt 1000 ml = 32,5 czysty mikrobiologicznie, z portem do kapnografu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.

15. Dotyczy pakietu 18

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.: Filtr HEPA mechaniczny / elektrostatyczny, o wadze 40 g, objętości oddechowej 200-1500 ml, martwej przestrzeni 71, filtracji 99,9999% / 99,9999 B/V, czysty mikrobiologicznie, z portem do kapnografu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.

16. Dotyczy pakietu 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wklucia centralnego w opakowaniu typu twardy blister o składzie:

Serweta dwuwarstwowy laminat 60x50cm z przylepnym otworem 10 cm i przyklepcami na rogach 1 szt.;

Serweta dwuwarstwowy laminat 75x45cm 1 szt.;

Kompres włókninowy 30G 4W 7,5X7,5cm 10szt.;

Samoprzylepny opatrunek z centralnym wkładem chłonnym 5X7,2 cm 1 szt.;

Igła iniekcyjna 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) 1 szt.;

Igła iniekcyjna 25G X 1 (0,5X25MM) 1 szt.;

Pęseta plast 13cm ANATOMICZNA 1 szt.;

Strzykawka plast 3CZ 3ML LC TTRAN G 1 szt.;

Strzykawka plast 3CZ 5ML LL 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

17. Dotyczy pakietu 50

Czy Zamawiający dopuści sterylne pokrowiec na kamerę/ przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach min. 15 - 250 cm, wykonany z folii przezroczystej, harmonijkowo złożony, z taśmami lepnyymi do mocowania na końcówkach i ze zwężającą się końcówką pakowane po 20 szt. w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

18. Dotyczy pakietu 98

Czy Zamawiający dopuści foliowy sterylne pokrowiec na uchwyt do lampy operacyjnej z kołnierzem w rozmiarze 95mm x 140mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

19. Dotyczy pakietu 105

Czy Zamawiający wymaga pianki w opakowaniu 500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

20. Dotyczy pakietu 105

Czy Zamawiający wymaga pianki do mycia pacjenta bez użycia wody?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

21. Dotyczy pakietu 105

Czy Zamawiający dopuści piankę nieposiadającą w składzie kreatyny, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

22. Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że zakaz wstrzymywania dostaw nie obowiązuje w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

23. Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1, ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

24. Zamawiający udziela sprostowania na pytanie nr 3 z 30 kwietnia 2021 r.:

Dotyczy pakietu nr 73 (Sterylny zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do worka z końcówką typu ENFIT)

Czy w związku z występowaniem na rynku diet dojelitowych w różnych opakowaniach (workach, butelkach) czy wobec tego Zamawiający rozważy wymóg zaoferowania zestawu uniwersalnego, umożliwiającego podaż zarówno z worka jak i z butelki, zwłaszcza, że aparaty są w podobnej cenie? Ponadto, czy w związku z posiadaniem w użyczenie pomp do żywienia dojelitowego (Enteroport) – czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zestaw z końcówką ENFIT był zestawem uniwersalnym, umożliwiającym podaż grawitacyjną a jednocześnie był kompatybilny do pompy Enteroport Plus, którą Zamawiający posiada?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania powyższego asortymentu asortyment.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
K. Sobczak
Krzysztof Sobczak

Sporządził:

Imię i nazwisko – Agata Cebula

Stanowisko – referent

Numer telefonu 63 280 5615