SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62–700 Turek, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050


Turek, 11 maja 2021r.

SP ZOZ / DZ / 471 / 2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-5/2021.

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy pakietu 29
   Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny , wytrzymałość do 250 PSI i 500 PSI, wersje typu on/off , rotacyjny adapter typu luer na końcu przeźroczystego korpusu. Poniżej zdjęcie proponowanego produktu:



   Odpowiedź:
   Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.
2. Dotyczy pakietu 52
   Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod biernych z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni całkowitej 170,5mm x 128,5mm kompatybilnych z oprzyrządowaniem
   Odpowiedź:
   Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.
3. Dotyczy pakietu 52
   Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod biernych o następujących parametrach:
   - wersja uniwersalna dla dzieci i dorosłych
   - owalna
   - hydrożel 1,5 mm
   - 107cm2 (164 x 117mm
   - wersja REM
   - etykiety
   - każda elektroda pakowana osobno
   - kompatybilność z oprzyrządowaniem

   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
4. Dotyczy pakietu 52
   Czy Zamawiający dopuści Elektrodę bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierunkowa, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, współpracująca z systemem monitorowania oporności tkanki i dostosowywania parametrów z czytanych wartości (system typu REM); z etykietą samoprzylepną z datą ważności, kształt owalny, o powierzchni czynnej 103cm², o powierzchni całkowitej 168 cm², kompatybilna z oprzyrządowaniem (rozstaw płytki biernej EMED, BOWE)?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
5. Dotyczy pakietu 98
   Czy Zamawiający dopuści Sterylny pokrowiec na uchwyt do lampy operacyjnej z kołnierzem w rozmiarze 95mm x 120mm ?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

6. Dotyczy pakietu 52
Czy Zamawiający dopuści opisaną elektrodę bierną o powierzchni czynnej 110cm2 i powierzchni całkowitej 175cm2? Wszystkie pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
7. Dotyczy pakietu 99
Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy z nożykiem i kablem dł. 300cm, pakowany pojedynczo, wtyk do diatermii 3-pinowy, wtyk 2,4mm, kompatybilny z elektrokoagulatorem EMED, COVIDIEN?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
8. Dotyczy pakietu 100
Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny wielorazowy z kablem 4,5m, przeznaczony do 200 cykli sterylizacji, z elektrodą nożową o dł. całkowitej 60mm, o wymiarach noże 24x2,6mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
9. Dotyczy pakietu 101
Czy Zamawiający dopuści czyścik elektrod jednorazowych, jałowy, o wymiarach 43x43x6mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
10. Dotyczy pakietu 9
Mając na uwadze skalę obecnego zagrożenia epidemicznego (Covid) oraz niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji, każde działania zwiększające bezpieczeństwo personelu i pacjentów jest warte przeanalizowania. Oferujemy antybakteryjny system do odsysania, który może zmniejszyć występowanie zakażeń towarzyszących, wewnątrz szpitalnych, czyli codziennych zagrożeń z jakimi spotyka się personel i pacjenci w szpitalu. System antybakteryjnych wkładów i kanistrów zapobiega rozwojowi takich chorobotwórczych organizmów jak: MRSA, E.coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas, Campylobacter, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych zarówno jeśli chodzi o personel jak i o pacjenta. Nawet w sytuacji kiedy głównym zagrożeniem jest Covid, to choroby (zakażenia) towarzyszące, mogą znacząco przyczynić się do takiego osłabienia organizmu, że przesądzą o nieskuteczności leczenia. W związku z tym, pytamy: Czy Zamawiający wymaga aby wkłady i kanistry były wyprodukowane w technologii antybakteryjnej o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych (potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
11. Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści: Worek do moczu jak w opisie, podziałka do 400 ml co 100 ml, następnie do 1200 ml co 200 ml, następnie do 2000 ml co 400 ml, tylna ścianka w delikatnym, lekko szarym kolorze, antyskrętny dren, z możliwością docięcia, bezpieczny. zawór zapobiegający przypadkowemu otwarciu, oraz umożliwiający kontrolę szybkości opróżniania worka.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem specyfikacji warunków zamówienia.
12. Czy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla zadania nr 106?
Odpowiedź:
W odpowiedziach udostępnionych na stronie 5 maja 2021r., w odpowiedzi na pytanie 21 widnieje informacja o poprawieniu załącznika nr 2. W zestawieniu asortymentowo-cenowym został wykreślony pakiet 90, w związku z tym postępowanie liczy 105 pakietów.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, wyznacza nowy termin:

- ✓ Składania ofert na dzień 14 maja 2021 r., do godz. 8:30,
- ✓ Otwarcia ofert na dzień 14 maja 2021 r., o godz. 9:15.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Krzysztof Sobczak

Sporządził:
Imię i nazwisko – Agata Cebula
Stanowisko – referent
Numer telefonu 63 280 5615