



Turek, dnia 12 maja 2021 r.

SP ZOZ / DZ / / 2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-7/2021

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. dotyczy zapisów SIWZ – czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2. Pakiet 1 i 2 – proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga rękawów wykonanych z elastycznego 8-warstwowego kompozytu poliestru, kleju i polipropylenu CPPPET o grubości 52µm.

Odpowiedź:

W Pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga papieru do sterylizacji, a w Pakiecie nr 2 dopuszcza zaproponowany produkt.

3. Pakiet 1 i 2 – czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868?

Odpowiedź:

W Pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga papieru do sterylizacji, a w Pakiecie nr 2 dopuszcza zaproponowany parametr.

4. Pakiet nr 1 i 2 – czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź:

W Pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga papieru do sterylizacji, a w Pakiecie nr 2 dopuszcza zaproponowany parametr.

5. Pakiet 7 – czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się z karty umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

6. Pakiet 7 – czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby informacje na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim.

7. Pakiet 7 – czy Zamawiający wymaga, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby każdy test opakowany był w woreczek strunowy.

8. Pakiet 11 – czy Zamawiający wymaga, aby test był samoklejący, co umożliwi łatwą archiwizację kontroli dezynfekcji termicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9. Pakiet 15 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o gramaturze 57 g/m² wykonanej z 70 % celulozy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza włókniny o gramaturze 57 g/m² i wykonanej z 70 % celulozy.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Krzysztof Sobczak