



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 26 listopada 2021 r.

SP ZOZ / DZ / 1704 / 2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez i implantów do rekonstrukcji urazów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-PN-1/2021

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pytanie do pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkty równoważne o charakterystyce:

- Trzpień bezcementowy, w strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne – dla poprawy stabilności pierwotnej; Profil klina - w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8st (zwiększający kontakt i zmniejszający ryzyko migracji i poprawa dystrybucji sił rotacyjnych); łuk przyśrodkowy o promieniu 100mm stała dla każdego rozmiaru; szyjka zredukowana A/P dla zwiększenia zakresu ruchu, stożek 12/14; przekrój poprzeczny części dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony taperowany koniec dystalny; długość trzpienia rośnie co 5mm, w wymiarze M/L przyrosty co 1mm, w A/P co 0,5mm.
- głowa ceramiczna średnicy 28mm w 3 długościach szyjki
- panewka typu Dual Mobility uniwersalna, pressfitowa, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napyłana plazmą porowatego tytanu (150µm) i HA (80µm); dostępna w rozmiarach w przedziale minimum 44-68. Wbudowany pressfit o wartości od 1,2 do 1,7mm (wzrasta wraz z wielkością panewki). Dostępna w wersji cementowanej;
- wkład do panewki Dual Mobility z UHMWPE

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

2. Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej – dokument pdf? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

3. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

4. Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami-wirówką na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

5. Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

6. Dotyczy Pakietu nr 21

Czy w Pakiecie nr 21 Zamawiający dopuści implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwzłową pętlą polietylenową. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nie prowadząca implant, bez zachowania dotychczasowych wymagań ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

7. Dotyczy Pakietu nr 26

Czy w Pakiecie nr 26 Zamawiający dopuści kotwicę tytanową wkręcaną o średnicy 5,0 mm z zachowaniem pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

8. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,4 % wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

9. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 3:

W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,4 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy towaru wolnego od wad, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru wolnej od wad.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

10. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 4:

W razie wystąpienia opóźnienia w usunięciu usterek instrumentarium, tj. przekroczenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną godzinę przekroczenia terminu, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nieusuniętych w terminie usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

11. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 5:

W razie wystąpienia opóźnienia w zapewnieniu w pierwszym dniu obowiązywania umowy w banku szpitalnym – depozycie wymaganego asortymentu lub instrumentarium Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 250,00 zł brutto za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną godzinę przekroczenia terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

12. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 6:

W razie wystąpienia nienależytego wykonania dostawy w sposób inny niż poprzez opóźnienie w wydawaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto nienależytej wykonanej dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

13. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. §2 ust1) oraz udostępnienia (dot. §2 ust 4) której wzór przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

15. Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. §2)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

16. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 10 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak

Sporządził:

Imię i nazwisko – Agata Cebula
Stanowisko - Specjalista
Numer telefonu 63 2805615