



Turek, dnia 30 listopada 2021 r.

SP ZOZ / DZ / 1739 / 2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę aparatu usg dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-36/2021

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. dotyczy pkt.1.15 – czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z wewnętrznym dyskiem twardym SSD 500GB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

2. dotyczy pkt.2.3 – prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez porównanie co najmniej 9 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta rozumie podgląd na jednym ekranie filmów, z których wszystkie w jednym czasie mają być ruchome?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również nieruchome.

3. dotyczy pkt.2.3 – czy Zamawiający, ze względu na niską jakość diagnostyczną obrazu ekranu dzielonego na 9 ruchomych części dopuści jednocześnie porównanie na ekranie urządzenia 4 ruchomych obrazów pochodzących od jednego pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

4. dotyczy pkt.4.5 – czy Zamawiający dopuści regulację kąta pochylenia wiązki dopplerowskiej w trybie doppler pulsacyjny +/- 20 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

5. dotyczy pkt.5.3 – czy Zamawiający dopuści regulację kąta pochylenia wiązki dopplerowskiej w trybie dopplera kolorowego +/- 20 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

6. pkt. 1.4 (wyposażenie aparatu) – czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf 128 kanałowy obsługujący głowice 192 elementowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7. pkt. 2.3 – czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf umożliwiający porównanie 8 obrazów oraz 8 sekwencji filmowych na jednym ekranie ale bez możliwości odtworzenia wszystkich w jednym czasie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

8. pkt. 4. pkt. 5.3 – czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf o regulacji +/- 20 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

9. pkt. 6.4 – czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wyposażony w głowicę o kącie patrzenia 60 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

10. pkt. 8.2 – czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wyposażony w funkcję automatycznej optymalizacji obrazu w zakresie kontrastu, wzmocnienia, linii bazowej, skali trybów PW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

11. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany ultrasonograf posiadał monitor min. 23 calowy i ekran dotykowy min. 12 calowy? Te parametry charakteryzują najnowocześniejsze współczesne ultrasonografy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany monitor.

12. Czy Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowany ultrasonograf posiadał 5 portów głowic obrazowych? Większa liczba portów oznacza znacznie szersze możliwości rozbudowy ultrasonografu w przyszłości

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

13. Czy Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowany ultrasonograf wyposażony był w przetwornik ADC 14 bit?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

14. Czy Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowany ultrasonograf wyposażony był w głowicę liniową Single Crystal o zakresie min. od 3 do 18 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną głowicę.

15. dot. szczegółowe wymagania, opis parametru, funkcji, wymogi graniczne pkt. 1 wyposażenie aparatu, pkt. 1.6 – czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z 3 aktywnymi gniazdami do podłączenia głowic elektronicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu z 3 aktywnymi gniazdami.

16. dot. szczegółowe wymagania, opis parametru, funkcji, wymogi graniczne pkt. 1 wyposażenie aparatu, pkt. 1.12 – czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z liczbą pamięci Cinee Loop maksymalnie 14 860 obrazów oraz o długości zapamiętywania prezentacji w trybie M lub D 10 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.

17. dot. szczegółowe wymagania, opis parametru, funkcji, wymogi graniczne pkt. 1 wyposażenie aparatu, pkt. 1.15 – czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z dyskiem twardym HDD o pojemności 500 GB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

18. dot. szczegółowe wymagania, opis parametru, funkcji, wymogi graniczne pkt. 2 Tryb 2D (B – mode) pkt. 2.3 – czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z możliwością porównania 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

19. dot. szczegółowe wymagania, opis parametru, funkcji, wymogi graniczne pkt. 2 Tryb 2D (B – mode) pkt. 2.12, pkt. 4 tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD pkt. 4.3 – czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z Dopplerem Pulsacyjnym (PWD) w którym tryb Triplex (2D + PWD + CD) oraz maksymalna prędkość PWD wynosi +/- 7,97 m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- ✓ w rozdziale XV. specyfikacji warunków zamówienia punkt 1. otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 4 stycznia 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.
- ✓ w rozdziale XVII. specyfikacji warunków zamówienia, punkt 1. otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. do godziny 10:30.”
- ✓ w rozdziale XVII. specyfikacji warunków zamówienia, punkt 2. otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2021 r. o godzinie 11:15.”

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak