SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 1 grudnia 2021 r.

SP ZOZ / DZ / 1748 / 2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę aparatu usg dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-36/2021

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Zamawiający wymaga dostarczenia głowic o maksymalnej częstotliwości 10 MHz, czy zatem zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem częstotliwości pracy 2.00-16.00 MHz?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr aparatu.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch głowic obrazowych z możliwością rozbudowy o trzecią, czy zatem zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z ilością 3 niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych z możliwością rozbudowy o 4?
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.
3. Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z fizyczną ilością przetworników tworzących kanały nadawcze co najmniej 150 oraz bez możliwości nagrywania na nośniki przenośne CD, DVD, napęd wbudowany w aparat natomiast z możliwością rozbudowy o zewnętrzną nagrywarkę CD/DVD?
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.
4. Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z wewnętrznym dyskiem twardym SSD 500 GB?
   Odpowiedź:
   Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.
5. Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą liniową wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości pracy 5,00 -12 MHz oraz liczbą elementów 128?
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.
6. Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą conweksową wieloczęstotliwościową z liczbą elementów 128?
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.
7. Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez pakietu do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes?
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie odstępuje od wymaganego parametru.
8. Zamawiający wymaga możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną, czy zatem zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego

producenta z możliwością rozbudowy o oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9. Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z Structures Reprot?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.
10. dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 1.15 – czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wysokiej klasy, wyposażony w wewnętrzny dysk o pojemności 512 GB? Pojemność taka w zupełności wystarcza na potrzeby archiwizacji ogromnej ilości badań pacjentów
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.
11. dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 2.3 – czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wysokiej klasy, z możliwością porównania jednocześnie 4 obrazów tego samego pacjenta? Przy większej ilości obrazów, kosztem ich wielkości, stają się one nieczytelne (zbyt małe0
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
12. dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 2.4 – czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wysokiej klasy, wyposażony w nowocześniejsze rozwiązanie polegające na ogniskowaniu strefowym z płynną regulacją wielkości tej strefy, sięgającą całej głębokości pola obrazowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
13. dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 2.9 – czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wysokiej klasy, bez obrazowania rombowego? W przeciwieństwie do obrazowania trapezowego, obrazowanie rombowe nie jest wykorzystywane w badaniach i nie stanowi żadnej wartości użytkowej ani diagnostycznej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstępuje do wymaganego parametru.
14. dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 3.2 – czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wysokiej klasy, z 8-mioma parami kursorów pomiarowych? Tak nieznaczna różnica nie wpłynie na wartości użytkowe aparatu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.
15. dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 5.2 – czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wysokiej klasy, wyposażony w bardzo czuły tryb CD z prędkością odświeżania wynoszącą 227 klatek/sek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.
16. dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 7.3 – czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wysokiej klasy, wyposażony w głowicę liniową o większym zakresie częstotliwości 4 – 12 MHz, większej ilości elementów 256 szt. i nieco mniejszej szerokości czoła wynoszącej 34,6 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.
17. dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 7.3 – czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG wysokiej klasy, wyposażony w głowicę liniową o zakresie częstotliwości 5 – 12 MHz, większej ilości elementów 256 szt. i nieco większej szerokości czoła wynoszącej 51,2 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.
18. dotyczy punktu 1.6 – czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada 3 aktywne gniazda? Zamawiający wymaga dwóch głowic i rozbudowy o ewentualną trzecią.
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.

19. dotyczy punktu 1.7 – czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada rozdzielczość monitora LCD 1600x900?
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego parametru.
20. dotyczy punktu 1.9 – czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada wieszaki do głowic z jednej strony?
    Odpowiedź:
    Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
21. dotyczy punktu 1.15 – czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada dysk SSD128 GB oraz archiwizacyjny dysk HDD o pojemności 500GB ?
    Odpowiedź:
    Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak

Sporządził:
Imię i nazwisko – Urszula Niedbalska
Numer telefonu – 63 2805615