



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 1 grudnia 2021 r.

SP ZOZ / DZ / 1751 / 2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę łóżek i szafek przyłóżkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-32/2021

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pakiet nr I1 – łóżeczka noworodkowe z szafkami przyłóżkowymi – czy Zamawiający dopuści łóżeczko o długości całkowitej 1665mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżeczka o długości całkowitej 1665 mm.

2. Pakiet nr I1 – łóżeczka noworodkowe z szafkami przyłóżkowymi – czy Zamawiający dopuści łóżeczko o szerokości całkowitej 765mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżeczko o szerokości całkowitej 765 mm.

3. Pakiet nr I1 – łóżeczka noworodkowe z szafkami przyłóżkowymi – czy Zamawiający dopuści łóżeczko z leżem o wymiarach 658x1335mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżeczka z zaproponowanym leżem.

4. Pakiet nr I1 – łóżeczka noworodkowe z szafkami przyłóżkowymi – czy Zamawiający dopuści łóżeczko z barierkami wykonanymi z rur stalowych malowanych proszkowo z poprzeczką z rury o średnicy fi 20x1,5mm i szczebelkami o średnicy fi 10x1,5mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametry łóżeczka.

5. Pakiet nr I1 – łóżeczka noworodkowe z szafkami przyłóżkowymi – czy Zamawiający dopuści łóżeczko z barierkami bez listew odbojowych, łóżeczko wyposażone w krążki odbojowe znajdujące się w narożach łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr łóżeczka.

6. Pakiet nr I1 – łóżeczka noworodkowe z szafkami przyłóżkowymi – czy Zamawiający dopuści łóżeczko z barierkami opuszczanymi za pomocą bezpiecznego mechanizmu z blokadami znajdującymi się w barierkach uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr łóżeczka.

7. Pakiet nr I1 – łóżeczka noworodkowe z szafkami przyłóżkowymi – czy Zamawiający dopuści łóżeczko ze szczytami szczebelkowymi wykonanymi z rurek stalowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr łóżeczka.

8. Pakiet nr I1 – łóżeczka noworodkowe z szafkami przyłóżkowymi – czy Zamawiający dopuści łóżeczko noworodkowe z bezpiecznym obciążeniem 60kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżeczko z obciążeniem 60 kg.

9. Pakiet nr I1 – łóżeczka noworodkowe z szafkami przyłóżkowymi – czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 430mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę o szerokości 430 mm.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak

Sporządził:

Imię i nazwisko – Urszula Niedbalska

Numer telefonu – 63 2805615