



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 17 lutego 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 179 / 2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę gwoździ śródszpikowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-29/2021.

SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, udziela sprostowania w zakresie informacji o odrzuconej ofercie:

3. Odrzucono oferty Wykonawców:

Odrzucono ofertę Wykonawcy „ChM” Sp. z o.o., ul. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, w zakresie pakietu nr 1:

Uzasadnienie prawne – art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca w pozycji nr 2 zaoferował asortyment który zgodnie z zapisami SWZ, i wyjaśnieniami udzielonymi 5 stycznia 2022 r. nie został dopuszczony do postępowania.

Zamawiający wymagał następującego sprzętu określonego w załączniku nr 2, pakiet 1 pozycja 2 tj.: „Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, anatomiczny (**prawy, lewy**), prosty, w wersji długiej i krótkiej, tytanowy, lity, **w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących (gwintowane)** umożliwiających stabilizację złamań guzka większego, mniejszego, masywu głowy, zapobiegające przemieszczeniom odłamów. **W części bliższej wkładka polietylenowa (PEEK) zapobiegająca wykręcaniu się śrub ryglujących.** Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary: 150, 220, **250, 280mm, Średnica części bliższej 10mm, dalszej 8 (150mm) i 7mm (pozostałe)** Komplet to: **cztery śruby do części bliższej, dwie śruby ryglujące do części dalszej, gwóźdź śródszpikowy, zatyczka.**”

Natomiast według złożonej oferty: Wykonawca oferuje jeden uniwersalny gwóźdź do kości prawej i lewej; gwóźdź kaniulowany, z 6-cioma otworami; Zamawiający wymaga wkładki polietylenowej (PEEK), natomiast Wykonawca wykreślił ten zapis z zestawienia: Wykonawca nie zaoferował gwoździa w rozmiarze 250 mm; Według oferty komplet to: 4 śruby blokujące, zaślepka/śruba kompresyjna; W ofercie brak informacji o średnicy gwoździa dla części bliższej i dalszej.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje decyzję o odrzuceniu oferty Wykonawcy „ChM” Sp. z o.o., w zakresie pakietu nr 1, oraz informuje, że awarcie umów z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane nastąpi 24 lutego 2022 r. z mocą obowiązywania umowy od dnia podpisania.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak