



Turek, dnia 21 lutego 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 190 / 2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłoża chirurgicznych i innych wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-3/2022

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 19 wzmocnionej osłony Mayo o wymiarach min. 80x140cm ze wzmocnieniem 70x75cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do zabiegów na biodrze z zaproponowaną serwetą Mayo.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 19, 23 laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73g/m² w części podstawowej, odporność na rozrywanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro min. 300/230 kPa, odporność na penetrację płynów min. 900 cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 21 serwetę chirurgiczną w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wym. 200/250 x 330 cm posiadającą otwór 30x30 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz, której znajduje wycięcie 20x20cm, serweta wyposażona w torbę do zbiórki płynów 80x100cm wyposażony w sztywnik i podłączenie do drenu i organizator przewodów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego.

4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 21 fartuch chirurgiczny L i XL wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 45g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego fartucha w zestawie do cięcia cesarskiego.

5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 22 laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m² odporności na rozrywanie min. sucho/mokro 89/61 kPa, odporności na przenikanie cieczy min 200cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.

6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 24 laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m² odporności na rozrywanie sucho/mokro min. 89/61 kPa, odporności na przenikanie cieczy min 200cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.

7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 26 laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m² odporności na rozrywanie sucho/mokro min. 89/61 kPa, odporności na przenikanie cieczy min 200cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.

8. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 42 laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m².
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.
9. Zadanie nr 11 – czy Zamawiający oczekuje 250 000 sztuk (listków) podkładu, czy 250 000 rolek podkładów?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje 250 000 sztuk – listków podkładów.
10. Zadanie nr 11 – czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany o wymiarach 50cm x 50cm, perforowany co 38cm (na rolce 131 listków)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.
11. Zadanie nr 11 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za rolkę podkładu, z jednoczesnym przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę – listek.
12. Zadanie nr 45 – czy Zamawiający dopuści koce ogrzewające o wymiarach 220cm x 110cm, z warstwą zewnętrzną o gramaturze 30g/m²?
Odpowiedź:
13. Zamawiający dopuszcza koc ogrzewający o wymiarach 220cm x 110cm, z warstwą zewnętrzną o gramaturze 30g/m², przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- ✓ w rozdziale XV. specyfikacji warunków zamówienia punkt 1. otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 31 marca 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.
- ✓ w rozdziale XVII. specyfikacji warunków zamówienia, punkt 1. otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2022 r. do godziny 08:30.”
- ✓ w rozdziale XVII. specyfikacji warunków zamówienia, punkt 2. otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2022 r. o godzinie 09:15.”

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak