



Turek, dnia 23 lutego 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 203 / 2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-3/2022

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pakiet nr 1 – czy Zamawiający dopuści maskę z barierowością bakteryjną $\geq 98,2\%$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza maski z zaproponowanym parametrem.

2. Pakiet nr 1 – czy Zamawiający dopuści maskę w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maskę w kolorze zielonym.

3. Pakiet nr 1, 2, 4 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

4. Pakiet nr 2 – czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m^2 , część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m^2 , wstawka antypotna 38g/m^2 , wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm, w opakowaniu a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, w kolorze niebieskim z białymi trokami? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego czepka.

5. Pakiet nr 2 – czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m^2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm, wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm, szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm, szyty techniką overlock, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, dostępny w kolorze zielonym i niebieskim? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego czepka.

6. Pakiet nr 2 – czy Zamawiający dopuści czepkę głęboką w formie furazerki z trokami do umocowania, wykonaną w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m^2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu $20,5\text{ cm} \pm 1\text{cm}$, wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem, wymiary denka $29\text{ cm} \times 12\text{ cm} \pm 1\text{cm}$, szerokość troków $4\text{ cm} \pm 0,5\text{ cm}$, szyty techniką overlock, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? zdjęcie poglądowe poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego czepka.

7. Pakiet 2, 3, 4, 5 – czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

8. Pakiet nr 4 – czy Zamawiający dopuści czepkę dla osób z dłuższymi włosami, wykonaną z: otok - włóknina typu Spunlace 45g/m^2 , denko: polipropylen 25g/m^2 , z wkładką chłonną pot 5-warstwową wykonaną z włókniny typu Spunlace 38g/m^2 , oddychający, wysokość czepka $30,5\text{ cm} \pm 1\text{cm}$, wysokość części czołowej $6,5\text{cm} \pm 1\text{ cm}$, w opakowaniu a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, w kolorze niebieskim? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego czepka.

9. Pakiet nr 4 –czy Zamawiający dopuści czepkę w formie furazerki z tyłu ściągany gumką, wykonaną w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m^2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m^2 w części górnej, z materiału chłonnego i przyjemnego w dotyku zwiększającego odczuwalny komfort pracy, w kolorze niebieskim, denko w kolorze białym, w opakowaniu

a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego czepka.

10. Pakiet nr 6 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

11. Pakiet nr 7, 8 – czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny 3-warstwowej typu SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fartuch z włókniny 3-warstwowej typu SMS.

12. Pakiet nr 7 – czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów w rozmiarze: M (szerokość 150cm), L (szerokość 150cm), XL (szerokość 160cm), XXL (szerokość 160cm) tolerancja wymiarów +/- 3 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych fartuchów.

13. Pakiet nr 8 – czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny 3-warstwowej typu SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fartuch z włókniny 3-warstwowej typu SMS.

14. Pakiet nr 8 – czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów w rozmiarze: M (szerokość 150cm), L (szerokość 150cm), XL (szerokość 160cm), XXL (szerokość 160cm) tolerancja wymiarów +/- 3 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych fartuchów.

15. Pakiet nr 8 – czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem z lamantu na rękawach i w części przedniej o wymiarach: M – 48 x 92 cm, L – 52 x 102 cm, XL – 56 x 113 cm, XXL – 59,5 x 132 cm (tolerancja wymiarów +/- 3 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowane fartuchy.

16. Pakiet nr 9 – czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z papieru pokryty folią, wzmocniony 48 podłużnymi nitkami - o gramaturze 40g (23 gr (papier) + 17 gr (laminat), rozmiar 80x 210?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu.

17. Pakiet nr 9, 12 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

18. Pakiet nr 11 – czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podkład o szerokości 50 cm.

19. Pakiet nr 12 – czy Zamawiający dopuści podkład z warstwą nieprzepuszczalną z folii standardowej, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego rozwiązania.

20. Pakiet nr 13 – czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo w rozmiarze 80x140cm z warstwą chłonną 60x140cm, pozostałe parametry jak w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140 cm z warstwą chłonną 60x140 cm.

21. Pakiet nr 14, 15 – czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na rozerwanie na sucho 110kPa, na mokro 100kPa, odporność na przenikanie cieczy 120cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych parametrów.

22. Pakiet nr 15 – czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwetę o gramaturze 60 g.m².

23. Pakiet nr 18 – czy Zamawiający dopuści torbę samoprzylepną w rozmiarze 50x50cm, pakowaną pojedynczo, zbiorczo w karton a'65 szt., pozostałe parametry jak w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu.

24. Pakiet nr 19 – czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na biodrze o poniższym składzie: Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140g/m²:

- ✓ 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100cm
- ✓ 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- ✓ 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- ✓ 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- ✓ 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30 cm
- ✓ 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- ✓ 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30cm x 120cm
- ✓ 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450 cm w stanie rozciągniętym)
- ✓ 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm
- ✓ 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log¹⁰. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet do zabiegów na biodrze.

25. Pakiet nr 20 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów ginekologicznych o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m².

- ✓ 1x serweta o wymiarach 160/240cm x 180cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- ✓ 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- ✓ 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30 m x 30 cm
- ✓ 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 m x 50 m
- ✓ 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 m H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych.

26. Pakiet nr 21 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z serwetą chirurgiczną do cesarskiego cięcia o wymiarach 200/260 x 310 z otworem 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18 x 16 cm, serweta zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów 80 x 80 cm ze sztywnikiem. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu?)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowanymi serwetami.

27. Pakiet nr 21 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z taśmą lepną 10 x 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowaną taśmą lepną.

28. Pakiet nr 21 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z opatrunkiem włókninowy z wkładem chłonnym 10 x 25 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowanym opatrunkiem.

29. Pakiet nr 21 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z wzmocnioną serwetą na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowaną serwetą.

30. Pakiet nr 21 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z drenem 24CH, 3m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowanym drenem.

31. Pakiet nr 21 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z torebką papierową 12,5 x 25,7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowaną torebką.

32. Pakiet nr 21 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z cewnikiem do odsysania dł. 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowanym cewnikiem.

33. Pakiet nr 21 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z ręcznikami chłonnymi 40 x 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowanymi ręcznikami.

34. Pakiet nr 21 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego z serwetą na stół instrumentalny o obszarze chłonnym 65 x 190 cm?


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowaną serwetą.


35. Pakiet nr 22 – czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- a) serweta 200x260cm z wycięciem U wykończonym taśmą samoprzylepną,
- b) serweta 170x180 cm z taśmą lepną,
- c) serweta 150x180cm z taśmą lepną,
- d) osłona na kończynę o wym. 30x60cm,
- e) osłona na stolik Mayo 80 x 140cm
- f) 2 x taśma lepna o wym. 10 x 50cm,
- g) 4 ręczniki chłonne 30x30 cm.


Całość owinięta w serwetę o wym. 150 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika. Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m² + wzmocnienie wysokochłonne w strefie krytycznej 80g/m², odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.



200x260cm
1szt./pc.



170x180cm
1szt./pc.



150x180cm
1szt./pc.



30x30cm
4szt./pcs



10x50cm
1szt./pc.



30x60cm
1szt./pc.



80x140cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet do artroskopii barku.

36. Pakiet nr 23 – czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach: Sterylny zestaw do zabiegów w okolicach stawu kolanowego. W skład zestawu wchodzi:

- a) serweta 230 x 300cm z otworem o średnicy 7cm, otoczony warstwą chłonną o wymiarach 50x100cm,
- b) osłona na kończyne o wymiarach 22 x 75cm,
- c) osłona na stolik Mayo 80 x 145cm,
- d) trzy taśmy lepne o wym. 10 x 50cm,
- e) 4 ręczniki chłonne 30 x30 cm

Całość owinięta w serwetę o wym. 150x 190 cm, która może służyć jako przykrycie stolika. Gramatura 60g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m². Odporność na rozerwania suchy/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O.




Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet do zabiegów w okolicach stawu kolanowego.

37. Pakiet nr 24 – czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach: Sterylny zestaw do zabiegu laparoskopii brzusznej. W skład zestawu wchodzi:

- a) serweta główna 200/270x300cm w części centralnej serwety znajduje się otwór o wymiarach 25x30cm otoczony taśmą lepnią i wzmocnieniem, zintegrowana z organizatorami przewodów
- b) osłona na przewody o wymiarach 14cm x 250cm,
- c) taśma samoprzylepna typu rzep 2cm x 22cm,
- d) taśma samoprzylepna 10x 50cm,
- e) 4 ręczniki chłonne 30 x 30cm,
- f) serweta na stolik Mayo 80x 140cm

Całość owinięta w serwetę o wym. 150 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika, serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 50g/m² + wzmocnienie wysokochłonne w strefie krytycznej 80g/m², odporność na rozerwania suchy/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw serwet do laparoskopii brzusznej.

38. Pakiet nr 25 – czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

- a) 1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm, wzmocnienie 60 x 45 cm
- b) 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- c) 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

- d) 2x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm, z organizatorami przewodów
- e) 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm, z organizatorami przewodów
- f) 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm, z organizatorami przewodów
- g) 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x 190cm, wzmocnienie 65 x 190 cm

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log¹⁰. Chłonność wzmocnienia min. 680%.


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet uniwersalnych.

39. Pakiet nr 26 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych z serwetą z wycięciem U o składzie:

- a) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cmx140 cm, wzmocnienie 60x140 cm
- b) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- c) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
- d) 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- e) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet uniwersalnych z serwetą z wycięciem „U”.

40. Pakiet nr 27 – czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw do zabiegów na kończynie. W skład zestawu wchodzi:

- a) 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- b) osłona na stolik Mayo 80 x 140cm,
- c) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- d) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- e) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Całość owinięta w serwetę o wym. 150 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet do operacji na kończynie.

41. Pakiet nr 29 – czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kieszeń w rozmiarze 30x40 cm.

42. Pakiet nr 31 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

43. Pakiet nr 37 – czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m^2 , odporność na rozerwanie na sucho 110kPa , na mokro 100kPa , odporność na przenikanie cieczy $120\text{cm H}_2\text{O}$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza serwet o zaoferowanych parametrach.

44. Pakiet nr 38 – czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę do znieczuleń w rozmiarze $75 \times 90\text{cm}$, z otworem samoprzylepnym $10 \times 15\text{cm}$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanej serwet do znieczulenia przewodowego.

45. Pakiet nr 41 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

46. Pakiet nr 44 – czy Zamawiający dopuści czepek typu astro wykonany z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m^2 , wiązany na troki, który dzięki specjalnej konstrukcji podtrzymuje włosy oraz zabezpiecza szyję, o wysokości 28cm , szerokości 17cm , długości 24cm oraz długości z trokami $61,5\text{cm}$, zapewniający przepuszczalność powietrza i komfort noszenia w opakowaniu a'100 sztuk w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego czepka.

47. Pakiet nr 44 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

48. Pakiet nr 45 – czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku, wykonane z warstwy zewnętrznej z włókniny polipropylenowej 25g/m^2 w kolorach zielonym i niebieskim oraz warstwy wewnętrznej z poliestru (80g/m^2), z przesykami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, ze szwami ultradźwiękowy, w rozmiarze $110 \times 210\text{cm}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowany produkt.

49. Pakiet nr 45 – czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy EN1 3795:2011? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt bez normy EN1 3795:2011.

50. Pakiet nr 47 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do znieczuleń z serwetą w poz. a) $75 \times 50\text{cm}$ z przylepcem na boku, gramatura min. 43g/m^2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do wkłuc centralnych z zaoferowaną serwetą.

51. Pakiet nr 47 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do znieczuleń z kleszczami 14cm ?


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do wkłuc centralnych z zaoferowaną kieszenią.

52. Pakiet nr 47 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do znieczuleń z nerką plastikową 300 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zestawu do wkluc centralnych z zaoferowaną nerką.
53. Pakiet nr 47 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do znieczuleń z nerką plastikową 800 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zestawu do wkluc centralnych z zaoferowaną nerką.
54. Pakiet nr 47 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do znieczuleń z serwetą w poz. g) 75 x 75 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego polipropylen-polietylen o gramaturze min. 42g/m²?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zestawu do wkluc centralnych z zaoferowaną serwetą.
55. Pakiet nr 48 – czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 38x49cm z kieszenią 17,5cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 38x49 cm z kieszenią 17,5 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
56. Pakiet nr 48 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.
57. Pakiet nr 49 – zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru prześcieradła na nosze oczekiwanego przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga prześcieradła w rozmiarze 190x75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
58. Pakiet nr 50 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.
59. Pakiet nr 52 – czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do obustronnej operacji kończyn o składzie:

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym 6 cm x 8 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O




Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet do obustronnej operacji kończyn.

60. Pakiet nr 53 – czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw do operacji brzuszno-kroczych, o składzie:

- a) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- b) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- c) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- d) 1 x serweta 180/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- e) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- f) 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- g) 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Odporność na rozerwania suchy/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet do operacji brzuszno-kroczych.

61. Pakiet nr 54 – czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², o wadze całkowitej podkładu 280 g ±5g oraz chłonności 3820,18 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego podkładu na stół operacyjny.

62. Pakiet nr 54 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak