



Turek, dnia 25 lutego 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 210 / 2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłoża chirurgicznych i innych wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-3/2022

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Zadanie nr 13 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo, serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną (o wymiarze 75 x 90 cm) w górnej części.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną serwetę.

2. Zadanie nr 14 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety o wymiarach 75 x 90 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), odporności na przenikanie cieczy min. 129 cm H₂O? Odporność materiału na rozerwanie na sucho i na mokro 175/185 kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej serwety.

3. Zadanie nr 15 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 240 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Odporność na rozerwanie na sucho / mokro 175/185 kPa, odporność na przenikanie cieczy min.129 cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej serwety.

4. Zadanie nr 17 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej serwety.

5. Zadanie nr 25 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

- ✓ 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- ✓ 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- ✓ 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm
- ✓ 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- ✓ 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
- ✓ 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym
- ✓ 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm z paskami samoprzylepnymi

Zestaw wykonany z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet, polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet uniwersalnych.

6. Zadanie nr 26 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego z serwetą z wycięciem „U” o następującym składzie:

- ✓ 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- ✓ 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- ✓ 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm
- ✓ 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- ✓ 1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm
- ✓ 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm
- ✓ 1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5 g/m²). Odporność na penetrację płynów w części podstawowej powyżej 125 cm H₂O. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet uniwersalnych z wycięciem „U”.

7. Zadanie nr 27 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji na kończynie o następującym składzie:

- ✓ 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- ✓ 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- ✓ 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- ✓ 1 serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 75 cm
- ✓ 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
- ✓ 1 serweta na kończynę wzmocniona 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Lub zestawu o składzie podanym powyżej z taśmą samoprzylepną w rozmiarze 9 x 50 cm, pakowaną osobno.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet do operacji na kończynie z taśmą samoprzylepną w rozmiarze 9x50 cm.

8. Zadanie nr 27 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji na kończynie o następującym składzie:

- ✓ 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- ✓ 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- ✓ 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- ✓ 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
- ✓ 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
- ✓ 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
- ✓ 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet do operacji na kończynie.

9. Zadanie nr 29 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kieszeni dwukomorowej w rozmiarze 38 x 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną kieszeń.

10. Zadanie nr 30 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na kamerę w rozmiarze 32 x 120 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej osłony na kończynę.

11. Zadanie nr 37 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwetki z otworem 8 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)? Odporność

na rozerwanie na sucho/ mokro 175/185 kPa, odporność na przenikanie cieczy min.129 cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej serwety.

12. Zadanie nr 38 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety o wymiarach 55 x 90 cm z otworem o wymiarach 10 x 15 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej serwety.

13. Zadanie nr 40 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu izolacyjnego pionowego o następującym składzie:

- ✓ 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- ✓ 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- ✓ 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- ✓ 1 samoprzylepna serweta izolacyjna z folii PE o grubości 80 µm, przeźroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet pionowych izolacyjnych.

14. Zadanie nr 42 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

- ✓ 1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)
- ✓ 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm
- ✓ 1 ręcznik 30 cm x 20 cm
- ✓ 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm
- ✓ 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
- ✓ 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet do porodu.

15. Pakiet 1 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

16. Pakiet nr 1 – czy Zamawiający dopuści i wymaga gramatury min. 25 g/m² pojedynczej warstwy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

17. Pakiet 2 – czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej nieperforowanej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego czepka.

18. Pakiet nr 2 – czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

19. Pakiet nr 2 – prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli

gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie – sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

20. Pakiet 3 – prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie – sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

21. Pakiet 4 – czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej nieperforowanej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego czepek.

22. Pakiet nr 4 – czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

23. Pakiet nr 4 – prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie – sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

24. Pakiet 5 – czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny za podaną jednostkę miary, tym samym wymaga wyceny za sztukę.

25. Pakiet nr 5 – czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany zbiorczo po 100 szt. w worek?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

26. Pakiet 6 – czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, w rozmiarze nie mniejszym niż standardowy rozmiar L?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fartucha w rozmiarze uniwersalnym.

27. Pakiet nr 6 – czy Zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy w kolorze niebieskim, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

28. Pakiet nr 6 – czy Zamawiający dopuści długi rękaw wykończony mankietem ze ściągaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fartucha wykończonego mankietem ze ściągaczem.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- ✓ w rozdziale XV. specyfikacji warunków zamówienia punkt 1. otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 2 kwietnia 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

- ✓ w rozdziale XVII. specyfikacji warunków zamówienia, punkt 1. otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2022 r. do godziny 08:30.”
- ✓ w rozdziale XVII. specyfikacji warunków zamówienia, punkt 2. otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2022 r. o godzinie 09:15.”

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak