



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 25 lutego 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 211 / 2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-3/2022

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. dotyczy Pakietu nr 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski o szerokości 17,5 (+/- 0,5)cm, wiązanej na troki o długości 38 (+/-0,3)cm, o barierowości $\geq 98\%$, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej maski.

2. dotyczy Pakietu nr 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków pakowanych a'100szt w opakowanie foliowe, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czepek pakowany po 100 sztuk w opakowanie foliowe, przy spełnianiu pozostałych parametrów.

3. dotyczy Pakietu nr 6 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w kolorze niebieskim w rozmiarze uniwersalnym 120x140cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchów w kolorze niebieskim, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

4. dotyczy Pakietu nr 13 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo, składanej w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

5. dotyczy Pakietu nr 14 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o odporności na rozerwanie na sucho 188Kpa, na mokro 185kPa, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.

6. dotyczy Pakietu nr 15 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150x240cm i odporności na rozerwanie na sucho 188Kpa, na mokro 185kPa, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

7. dotyczy Pakietu nr 17 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza serwety w rozmiarze 150x180 cm.

8. dotyczy Pakietu nr 18 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni o wymiarach 62x50cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną kieszeń.

9. dotyczy Pakietu nr 20 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Sterylny zestaw serwet do zabiegów ginekologicznych wykonany z chłonnego mocnego laminatu nieprzemakalnego. W skład zestawu wchodzi:

- ✓ 2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm,
- ✓ 1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,
- ✓ 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm ze zintegrowaną kieszenią na płyny 35 x 52 cm z portem, otwór przylepny 9 x 12 cm, 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami,
- ✓ 1 przylepiec typu velcro 2,5 x 30 cm,
- ✓ 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu).

Gramatura 60g/m², odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa, odporność na rozerwanie na mokro 168 kPa, odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych.

10. dotyczy Pakietu nr 21 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Sterylny zestaw serwet. W skład zestawu wchodzi:

- ✓ 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm,
- ✓ 1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,
- ✓ 1 osłona na kończynę 36 x 120 cm,
- ✓ 1 serweta 100 x 150 cm,
- ✓ 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów,
- ✓ 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów,
- ✓ 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu).

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym 80g/m² (łączna gramatura 140g/m²), odporność na rozerwanie na sucho 168kPa, odporność na rozerwanie na mokro 168kPa, odporność na przenikanie cieczy 165cm H₂O

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet do cięcia cesarskiego.

11. dotyczy Pakietu nr 24 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Sterylny zestaw serwet do laparoskopii brzusznej. W skład zestawu wchodzi:

- ✓ 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm,
- ✓ 1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,
- ✓ 2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm,
- ✓ 1 serweta brzuszno-kroczo 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany),
- ✓ 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu).

Gramatura 60g/m², odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa, odporność na rozerwanie na mokro 168 kPa, odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet do laparoskopii brzusznej.

12. dotyczy Pakietu nr 27 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Sterylny zestaw serwet do operacji na kończynie, w skład zestawu wchodzi:

- ✓ 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm,
- ✓ 1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm,
- ✓ 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm,

- ✓ 1 przylepna serweta 75 x 90 cm,
- ✓ 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana,
- ✓ 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów,
- ✓ 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu).

Serwety główne wykonane z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym 80g/m² (łącznie gramatura 155g/m²), odporność na rozerwanie na sucho 314kPa, odporność na rozerwanie na mokro 290kPa, odporność na przenikanie cieczy 167cm H₂O

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet do operacji na kończynie.

13. dotyczy Pakietu nr 29 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej dwukomorowej o wymiarach 30x40cm, wyposażonej w 0,5-cm zakładkę wykonaną z folii PE, pozwalającej na usztywnienie i kształtowanie otworu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną kieszeń.

14. dotyczy Pakietu nr 30 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończyny o wymiarach 30x120cm z 2 taśmami samoprzylepnymi o wymiarach 9x50cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej osłony na kończynę.

15. dotyczy Pakietu nr 37 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x90cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6x8cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na przenikanie cieczy 165cmH₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej serwety.

16. dotyczy Pakietu nr 38 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwuwarstwowej serwety do znieczulania przewodowego o wymiarach 75x80cm z otworem 6x15cm otoczonym taśmą lepną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej serwety do znieczulenia przewodowej.

17. dotyczy Pakietu nr 40 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Zestaw serwet pionowych izolacyjnych. W skład zestawu wchodzi:

- ✓ 4 ręczniki do rąk,
- ✓ 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- ✓ 1 serweta pionowa 240 x 330 cm, wycięcie przezroczyste 40 x 30 cm (wypełnione folią poliuretanową, zintegrowane z torebką na płyny z sitkiem i podłączeniem drenu,
- ✓ 2 organizatory przewodów I 2 torby do koagulacji i odsysania 24 x 24 cm,
- ✓ 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) - owinięcie zestawu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu serwet pionowych izolacyjnych.

18. dotyczy Pakietu nr 42 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Zestaw jałowych serwet do porodu, w skład zestawu wchodzi:

- ✓ 6 ręczników do osuszania rąk 21 x 25 cm,
- ✓ 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm,
- ✓ 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm,
- ✓ 1 serwetka do owinięcia dziecka 56 x 75 cm,
- ✓ 1 serweta do zabiegu szycia 75 x 120 cm,
- ✓ 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm.

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw serwet do porodu.

19. dotyczy Pakietu nr 43 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety chirurgicznej o wymiarach 50x60cm z otworem 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną serwetę.

20. dotyczy Pakietu nr 46 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Skład:

- ✓ Pojemnik plastikowy (PVC) 1000ml (19 x 14,2cm) x 1
- ✓ Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 14,2 x 8cm x 1
- ✓ Tupfer włókninowy 30/30 x 5
- ✓ Serweta dwuwarstwowa 50x60cm x 1
- ✓ Serweta dwuwarstwowa 50x60cm z taśmą lepną x 1

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe, 2 etykiety TAG

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu do znieczuleń lędzwiowych.

21. dotyczy Pakietu nr 51 – zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek 4-warstwowych z dodatkowym filtrem z nanowłókna, które z powodzeniem można uznać za alternatywę dla masek FFP2/FFP3. Jako jedyne w Europie posiadają potwierdzoną przez laboratorium Nelson Labs przepuszczalność wirusów (VFE >99%) o średnicy 0,025 – 0,027 μm (średnica koronawirusa wynosi 0,12 μm). Maskę ma wymiar 100 x 180mm, wykonana jest z 3 warstw włókniny polipropylenowej (Spunbond + Meltblow + Spunbond) oraz dodatkowej warstwy z wysokiej jakości nanowłókien. Dzięki trokom, wszytemu usztywnieniu oraz zakładkom (harmonijka) w środkowej części, масечkę łatwo można dopasować do kształtu twarzy. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG. Typu IIR, zgodnie z EN 14683:2019. Wyrażając zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego produktu, otrzymają Państwo wysokiej jakości maskę, dającą możliwie najwyższą ochronę, rekomendowaną przez Polską Federację Szpitali.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej maski.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak

Sporządził:

Imię i nazwisko – Urszula Niedbalska
Numer telefonu – 63 2805615