



Turek, dnia 24 marca 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 379 / 2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożeń chirurgicznych i innych wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-6/2022

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pakiet nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej wykonanej z włóknin o gramaturze min. 14g/m² (jedna warstwa), wiązanej na troki o dł. min. 34 cm o barierowości bakteryjnej $\geq 98\%$? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanej maski chirurgicznej.

2. Pakiet nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego w rozmiarze uniwersalnym, w kształcie furażerki, wiązanego z tyłu na troki, posiadającego część przednią wydłużoną z możliwością wywinięcia, wykonanego na całej powierzchni z włókniny wiskozowej przepuszczającej powietrze o gram. min. 25 g/m² w kolorze zielonym, pakowanego w kartonik a? 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego czepka chirurgicznego o kroju furażerki.

3. Pakiet nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego na całej powierzchni z włókniny wiskozowej o min. gramaturze 25g/m² w kolorze zielony, posiadającego wstawkę pochłaniającą pot wokół głowy, pakowanego w kartonik w formie podajnika po 60 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego czepka chirurgicznego z wstawką pochłaniającą pot.

4. Pakiet nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania włókninowego czepka chirurgicznego o gramaturze min. 25g/m², ze wstawką pochłaniającą pot, o wymiarach min. 3,0 x 18 cm, o całkowitej wysokości min. 24 cm, pakowanego w kartonik w formie podajnika po 100 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego włókninowego czepka chirurgicznego.

5. Pakiet nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej wiązanej na troki o dł. min. 34 cm, barierowości bakteryjnej $\geq 98\%$ w kolorze zielonym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanej maski chirurgicznej.

6. Pakiet 1, poz. 1 – proszę o dopuszczenie maski o skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza maski o skuteczność filtracji bakterii: BFE >98%.

7. Pakiet 1, poz. 1 – proszę o dopuszczenie maski z trokami o długości 37 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza maski z trokami o długości 37 cm.

8. Pakiet 2, poz. 1 – proszę o dopuszczenie czepek typu furażerka wykonanego w całości z włókniny Spunlance, z tyłu ściągany gumką z wstawką chłonącą pot w okolicy czoła, gramatura 35 g/m², rozmiar uniwersalny, opakowanie 100 szt. w kartonik, kolor niebieski (kratka)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego czepka chirurgicznego o kroju furażerki.

9. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 4 wzmocnionej osłony Mayo o wymiarach min. 80x140cm ze wzmocnieniem 70x75 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowaną serwetą.

10. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 7 laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 73g/m² w części podstawowej, odporność na rozrywanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro min. 300/230 kPa, odporność na penetracje płynów min. 900 cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do obustronnej operacji kończyn o zaproponowanych parametrach.

11. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 4 serwetę chirurgiczną w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wym. 200/250 x 330 cm posiadającą otwór 30x30 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz, której znajduje wycięcie 20x20cm, serweta wyposażona w torbę do zbiórki płynów 80x100cm wyposażony w sztywnik i podłączenie do drenu i organizator przewodów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowaną serwetą.

12. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części 4 fartuch chirurgiczny L i XL wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 45g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu serwet do cięcia cesarskiego z zaoferowanymi fartuchami.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak

Sporządził:

Imię i nazwisko – Urszula Niedbalska
Numer telefonu – 63 2805615