SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

tel. centrala 63 2805500, fax. 63 2788400, sekretariat 63 2805600

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 26 kwietnia 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 523 / 2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na łóżek i szafek przyłóżkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-8/2022

informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku informuje, żre w niniejszym postepowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. Metalowiec Sp. z o. o., ul. Fabryczna 2, 46 – 100 Namysłów, cena zamówienia – 173 795,76 zł brutto, parametry techniczne:
   a) łóżko hydrauliczne z przedłużeniem leża
      - ✓ regulacja kąta segmentu uda – do 45^0
      - ✓ szczyty łóżka wypełnione płytą HPL o grubości – 8 mm
      - ✓ krążki odbojowe – dwuosiowe
      - ✓ bezpieczne obciążenie – >220 kg
      - ✓ wybór kolorów szczytów łóżka – 6 kolorów
      - ✓ wybór kolorów ramy łóżka – 3 kolory
   b) łóżko hydrauliczne z barierkami
      - ✓ barierki boczne wykonane z – metalowe, malowane proszkowo
      - ✓ możliwość automatycznego wydłużenia barierki wraz z wydłużeniem leża – nie
      - ✓ szczyty łóżka wypełnione płytą HPL o grubości – 8 mm
      - ✓ krążki odbojowe – dwuosiowe
      - ✓ bezpieczne obciążenie – >220 kg
      - ✓ wybór kolorów szczytów łóżka – 6 kolorów
      - ✓ wybór kolorów ramy łóżka – 3 kolory
   c) łóżko hydrauliczne
      - ✓ szczyty łóżka wypełnione płytą HPL o grubości – 8 mm
      - ✓ krążki odbojowe – dwuosiowe
      - ✓ bezpieczne obciążenie – >220 kg
      - ✓ wybór kolorów szczytów łóżka – 6 kolorów
      - ✓ wybór kolorów ramy łóżka – 3 kolory
   d) łóżko elektryczne
      - ✓ łóżko wyposażone dodatkowy materac „klin” służący uzupełnieniu przerwy po wydłużeniu leża – tak
      - ✓ podstawa łózka podpierająca leże – 6 punktów
      - ✓ krążki odbojowe – dwuosiowe
      - ✓ łóżko wyposażone w aluminiową listwa na elementy wyposażenia dodatkowego z przesuwnymi tworzywowymi uchwytami – nie
      - ✓ półka łózka wyposażona w zamek magnetyczny zapobiegająca nieautoryzowanemu użyciu – nie
      - ✓ pilot wyposażony z wyświetlacz LCD – nie
      - ✓ klasa szczelności podzespołów elektrycznych – IPX6
      - ✓ wybór kolorów szczytów łóżka – 6 kolorów
      - ✓ wybór kolorów ramy łóżka – 3 kolory

e) szafka przyłóżkowa
   - ✓ blat szafki wykonany z tworzywa HPL o grubości – > 5 mm
   - ✓ szafka wyposażona w dodatkowy realing wyposażony w uchwyt na kubek – nie
   - ✓ szafka wyposażona w koła jezdne z blokadą – 2 z blokadą
   - ✓ wybór kolorów blatu szafki jak i frontów – 6 kolorów
   - ✓ wybór kolorów konstrukcji szafki – 3 kolory

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Waldemara Majda

Sporządził:
Imię i nazwisko – Urszula Niedbalska
Numer telefonu – 63 2805615