SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62–700 Turek, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 2 czerwca 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 747 / 2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-15/2022.

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pytanie do zadania 1
   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; o wadze 37 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę ,o przestrzeni martwej 74,5 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.1; 500ml: 33.8; 750ml: 31.5; 1000ml: 28.5; 1200ml: 26.2 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 6.87; 500ml: 10.18; 750ml: 12.47; 1000ml: 15.50; 1200ml: 17.82; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym ,o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.2.8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.
   Odpowiedź:
   Zamawiający wymaga sortymentu zgodnego z opisem SWZ.
2. Czy Zamawiający w pak 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Sterylny wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną 2500 ml?
   Odpowiedź:
   Zamawiający wymaga sortymentu zgodnego z opisem SWZ.
3. Czy Zamawiający w pak 4 oczekuje zestawu z mechaniczną regulacją czy regulacją za pomocą słupa wody?
   Odpowiedź:
   Zamawiający wymaga sortymentu zgodnego z opisem SWZ.
4. Dotyczy Par. 4 ust. 11 wzoru umowy
   Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: *„11. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów, chyba że opóźnienie w zapłacie przekroczy 60 dni.”*
   Obecny zapis stawia Wykonawcę w sytuacji przymusu dostawy, nawet jeśli Zamawiający w ogóle Wykonawcy nie zapłaci za żadną wykonaną dostawę. Jednocześnie chcielibyśmy wskazać, że Zamawiający ma możliwość skorzystania z możliwości zakupu zastępczego, a więc jest chroniony przed skutkami nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań umownych, natomiast Wykonawca żadnej takiej ochrony nie posiada.
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak

Sporządził:
Imię i nazwisko – Agata Cebula
Stanowisko – Specjalista
Numer telefonu 63 280 5615