



# **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**62-700 Turek, ul. Poduchowne 1**

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 6 lipca 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 984 / 2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę rękawic medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-17/2022.

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pakiet 1 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:  
Rękawice chirurgiczne ortopedyczne wyjąłowane lateksowe, bezpudrowe, o grubości minimalnej 0,33 mm, wewnątrz polimeryzowane, na zewnątrz chlorowane, mankiet rolowany, siła zrywu przed starzeniem min. 25 N, brzeg do otwierania na opakowaniu zewnętrznym nie mniejszy niż 1 cm, poziom AQL 0.65, klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Rękawice w rozmiarach 7.0-8.0.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

2. Pakiet 5 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z warstwą wewnętrzną oraz zewnętrzną polimeryzowaną, mankiet rolowany (bez opaski samoprzylepnej), grubość na palcach 0,20-0,21 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

3. Pakiet 6 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,12 mm oraz na dłoni 0,08 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

4. Pakiet 6 – W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 (MDR) w sprawie wyrobów medycznych zastępującego obowiązującą Dyrektywę 93/42/EWG o wyrobach medycznych (MDD) prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów zgodnych z aktualnymi regulacjami prawnymi. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że po 26 maja 2021 r. producenci nie mają możliwości wprowadzenia do obrotu rękawic diagnostycznych oznakowanych zgodnie z Dyrektywę 93/42/EWG

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Dot. projektu umowy

Wnosimy o modyfikację §6 ust. 6 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w §6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w dostawie lub wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji i otrzymania zwrotu wadliwego towaru.”

6. Dot. projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację §7 projektu umowy poprzez dookreślenie iż kary umowne nim przewidziane naliczane będą w przypadku zwłoki nie zaś opóźnienia. UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) naliczanie kar umownych za opóźnienie stanowi przykład klauzuli abuzywnej tj. niedopuszczalnej w umowach w sprawie zamówienia publicznego. W świetle art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”), określającego podstawową zasadę odpowiedzialności kontraktowej, wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę (i jest zobowiązany do jej naprawienia), która jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Zatem co do zasady projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, czyli każde przekroczenie wymaganego w umowie terminu na wykonanie zobowiązania, a w przypadku gdy termin w umowie nie jest oznaczony – niezwłocznie po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność ta zasadniczo powinna być ustalana za zwłokę, czyli kwalifikowane opóźnienie – zawinione bezpośrednio przez dłużnika lub osoby, którymi posługuje się on przy wykonaniu zobowiązania bądź powstałe z innych okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 476 Kodeksu Cywilnego).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy.

7. Dot. projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację §14 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 2 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy.

8. Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne, obustronnie polimerowane, z mankietem rolowanym bez opaski samoprzylepnej, grubość na palcu  $0,33 \pm 0,01$  mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

9. Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w rozmiarze 7,5 (M) oraz 8,5 (L)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

10. Pakiet 3 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, pakowane parami, lateksowe, pudrowane, o grubości na palcu  $0,17\text{mm} \pm 0,01$ , o długości min. 280mm, zawartość protein max.  $89\mu\text{g/g}$ , AQL 0,65 – potwierdzony kartą techniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ

11. Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu  $0,21\text{mm} \pm 0,01$ , o długości min. 280mm-288mm w zależności od rozmiaru, AQL 0,65 – potwierdzony kartą techniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

12. Pakiet 6 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości  $0,11\text{mm} \pm 0,01$ , na dłoni  $0,07\text{mm} \pm 0,01$ ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

13. Pakiet 6, 8, 9 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje opakowań po 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.

14. Pakiet 6 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje rękawic chlorowanych od wewnątrz i równocześnie obustronnie polimerowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

15. Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne ortopedyczne wyjąłowane lateksowe, bezpudrowe o grubości minimalnej 0,33 mm polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane, mankiet rolowany z technologią Surefit, mediana siły zrywu przed starzeniem min 21N, brzeg do otwierania na opakowaniu zewnętrznym nie mniejszy niż 1 cm, poziom AQL 0,65, klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ

16. Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści Rękawice jednorazowe lateksowe, wyjałowione, chirurgiczne, bezpudrowe brzeg mankietu równomiernie rolowany, grubość pojedynczej ścianki w obszarze palców  $0,22 \pm 0,03$  mm, długość rękawiczki minimum 285mm dla wszystkich rozmiarów, o zawartości protein lateksu poniżej 10 µg/g, mediana siła zrywu przed starzeniem 14,9N, poziom AQL 0,65 - oznakowany fabrycznie na opakowaniu, rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych (brak tiuramów/MBT), klasyfikowane i oznaczone jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ

17. Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści Rękawice jednorazowe bez zawartości lateksu, wyjałowione chirurgiczne, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane, mankiet rolowany z technologią Surefit, brzeg do otwierania na opakowaniu zewnętrznym nie mniejszy niż 1 cm, wykonane z neoprenu, grubość pojedynczej ścianki w obszarze palców 0,14mm, długość rękawiczki minimum 300mm dla wszystkich rozmiarów, mediana siły zrywu przed starzeniem 12,5N, wydłużenie przed starzeniem minimum 950 %, poziom AQL 0,65, rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych (brak tiuramów/MBT)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ

18. Pakiet 7 – Czy Zamawiający dopuści Rękawice jednorazowe diagnostyczne, nitrylowe, kolor niebieski, niejłowe, grubość pojedynczej ścianki w obszarze palców  $0,14 \pm 0,02$ mm, chlorowane od wewnątrz, na zewnątrz teksturowane na końcach palców, mediana długości 290 mm  $\pm$  10 mm, mankiet rolowany, poziom AQL 1,0, oznakowany fabrycznie na opakowaniu, siła zrywu przed starzeniem min. 6N, , klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III, odporność na bakterie, grzyby i wirusy zgodnie z EN ISO 374-5, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych, oznakowane fabrycznie na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

19. Pakiet 10 – Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, sterylne, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, mankiet rolowany z technologią Surefit, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane. Długość rękawicy min. 280mm, grubość rękawicy na 0,14mm, na dłoni: 0,13mm, mankiecie: 0,14mm. AQL 0,65. mediana siły zrywu przed starzeniem 12,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z wirusów zgodnie z normami ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III typ A?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku  
/-/  
Krzysztof Sobczak