



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 10 października 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 1378 / 2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę łóżeczek dziecięcych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-28/2022

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżeczka dziecięcego o wymiarach:
 - ✓ długość x szerokość całkowita 1540 x 750 mm (z barierkami)
 - ✓ długość x szerokość leża 1280 x 600 mm
 - ✓ barierka unoszona o maksymalnej wysokości od powierzchni leża 700 mm
 - ✓ barierka wykonana z rur stalowych o średnicy 25 mm oraz szczebelków pionowych o średnicy 10 mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry łóżeczka.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżeczka dziecięcego z krążkami odbojowymi umieszczonymi nad kołami?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżeczka dziecięcego bez listew odbojowych i innych elementów odbojowych opisanych w pkt. 3? Krążki są krańcowymi punktami łóżeczka, dlatego Producent nie umieszcza dodatkowych listew odbojowych na poręczach.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżeczka bez listew odbojowych i innych elementów odbojowych.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżeczka dziecięcego, którego poręcze są tak uformowane, że otaczają leże i przechodzą w szczyty szczebelkowe? W oferowanym łóżeczku w miejscu tradycyjnego szczytu znajduje się kolumna konstrukcyjna nośna dla leża i barierek.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżeczka dziecięcego z leżem wyposażonym w stałe uchwyty trzymające materac?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżeczka z leżem wyposażonym w stałe uchwyty trzymające materac.
6. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżeczka dziecięcego o bezpiecznym obciążeniu maksymalnym 50 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżeczka o bezpiecznym obciążeniu maksymalnym 50 kg.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- ✓ w rozdziale XV. specyfikacji warunków zamówienia punkt 1. otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert

do dnia 11 listopada 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

- ✓ w rozdziale XVII. specyfikacji warunków zamówienia, punkt 1. otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2022 r. do godziny 08:30.”
- ✓ w rozdziale XVII. specyfikacji warunków zamówienia, punkt 2. otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2022 r. o godzinie 09:15.”

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak