



Turek 28 października 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 1497 / 2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę mammografu cyfrowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-30/2022.

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, przekazuje następujące informacje:

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną zamówienia, terminem dostawy, terminem gwarancji i parametrami technicznymi:

- ✓ Medikon Polska Sp. z o.o., ul. Cyklamienów 7, 04-798 Warszawa, cena zamówienia 769 491,00 zł, termin dostawy do dnia 16 grudnia 2022 r., termin gwarancji 60 miesięcy, parametry techniczne:
 - Generator umieszczony w kolumnie statywu mammograficznego – Tak
 - Oświetlenie pomocnicze do określania strony projekcji – Tak
 - Piktogramy obrazujące typ ekspozycji ułatwiające właściwy dobór projekcji – Tak
 - Mammograf z możliwością przemieszczania (toczenia) w stanie kompletnym w pozycji transportowej – Tak
 - Moc wyjściowa generatora – 4.5 kW
 - Zakres zmotoryzowanego ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) – 81-138 cm
 - Odległość ognisko – detektor – 65 cm
 - Zakres obrotu głowicy – 315°
 - Rozdzielczość liniowa detektora – 6,024 lp/mm
 - Przy zmianie przez technika domyślnego kąta w projekcji MLO na inny, system zapamiętuje zmieniony kat dla drugiej projekcji MLO – Tak
- ✓ Fujifilm Poland Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, cena zamówienia 669 559,89 zł, termin dostawy do dnia 16 grudnia 2022 r., termin gwarancji 60 miesięcy, parametry techniczne:
 - Generator umieszczony w kolumnie statywu mammograficznego – Nie
 - Oświetlenie pomocnicze do określania strony projekcji – Nie
 - Piktogramy obrazujące typ ekspozycji ułatwiające właściwy dobór projekcji – Tak
 - Mammograf z możliwością przemieszczania (toczenia) w stanie kompletnym w pozycji transportowej – Tak
 - Moc wyjściowa generatora – Tak 7 kW
 - Zakres zmotoryzowanego ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) – Tak 69-150 cm
 - Odległość ognisko – detektor – Tak 65cm
 - Zakres obrotu głowicy – Tak 380°
 - Rozdzielczość liniowa detektora – Tak 10 lp/mm
 - Przy zmianie przez technika domyślnego kąta w projekcji MLO na inny, system zapamiętuje zmieniony kat dla drugiej projekcji MLO – Tak

- ✓ Solve Medical Sp. z o.o., ul. Lewandowskiego 6 / 46, 15-124 Białystok, cena zamówienia 719 000,00 zł, termin dostawy do dnia 16 grudnia 2022 r., termin gwarancji 60 miesięcy.
- parametry techniczne:
- Generator umieszczony w kolumnie statywu mammograficznego – Tak
 - Oświetlenie pomocnicze do określania strony projekcji – Tak
 - Piktogramy obrazujące typ ekspozycji ułatwiające właściwy dobór projekcji – Tak
 - Mammograf z możliwością przemieszczania (toczenia) w stanie kompletnym w pozycji transportowej – Tak
 - Moc wyjściowa generatora – Tak 5 kW
 - Zakres zmotoryzowanego ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) – Tak 65-149 cm
 - Odległość ognisko – detektor – Tak 70cm
 - Zakres obrotu głowicy – Tak 340°
 - Rozdzielczość liniowa detektora – Tak 5.8 lp/mm
 - Przy zmianie przez technika domyślnego kąta w projekcji MLO na inny, system zapamiętuje zmieniony kat dla drugiej projekcji MLO – Tak

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak