



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 14 listopada 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 1527 / 2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę mammografu cyfrowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-30/2022.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, działając w trybie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty Fujifilm Poland Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 178,02-486 Warszawa

Wartość oferty brutto – 669 559,89 zł, ilość uzyskanych punktów w kryteriach oceny ofert 94,000 pkt w tym: cena zamówienia 60,000 pkt; termin dostawy 10,000 pkt; termin gwarancji 10,000 pkt; parametry techniczne 14,000 pkt.

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

2. Ponadto do postępowania przystąpili niżej wymienieni Wykonawcy i otrzymali następującą ilość punktów:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena zaoferowana w PLN	Uzyskana liczba punktów				Łączna liczba punktów
			Cena zamówienia	Termin dostawy	Termin gwarancji	Parametry techniczne	
3.	Solve Medical Sp. z o.o. ul. Lewandowskiego 6/46 15-124 Białystok	719 000,00	55,860	10,000	10,000	18,000	93,860

3. O odrzuceniu oferty Wykonawcy Medikon Polska Sp. z o.o., ul. Cyklamenów 7, 04-798 Warszawa
Uzasadnienie prawne – art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych,
Uzasadnienie faktyczne – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymagał od Wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry spełniają wymagania określone w specyfikacji technicznej. Zgodnie z uzupełnionymi dokumentami z 4 listopada 2022 r., Wykonawca nie potwierdził posiadania następujących parametrów:

3.6 Możliwość dekompresji w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego – brak potwierdzenia posiadania parametru,

7. Integracja z systemem RIS/PACS – brak potwierdzenie posiadania parametru,

8. System podtrzymywania zasilania UPS. Minimalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym 10 min.
– Wykonawca nie wskazał czasu pracy na zasilaniu awaryjnym.

Zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana nastąpi 22 listopada 2022 r. z mocą obowiązywania umowy od dnia podpisania.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak