



Turek, dnia 3 stycznia 2023 r.

SP ZOZ / DZ / 10 / 2023

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożów chirurgicznych i innych wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-37/2022

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pakiet 3 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70 μ o gramaturze 65g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm – włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m² zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowaną serwetę na stoli Mayo.

2. Pakiet 4 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:
 - ✓ 1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni
 - ✓ 1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm
 - ✓ 4x ręcznik chłonny 40x40 cm
 - ✓ 1x taśma lepna 10x50 cm
 - ✓ 1x taśma lepna 10x25 cm
 - ✓ 2x serweta boczna 75x90 cm
 - ✓ 1x serweta górna 150x240 cm
 - ✓ 1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m² $\pm$ 1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq$ 1,2 log10).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet uniwersalnych.

3. Pakiet 4 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:
 - ✓ 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
 - ✓ 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo
 - ✓ 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku
 - ✓ 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
 - ✓ 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm)
 - ✓ 1 x taśma lepna 9x50 cm
 - ✓ 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq$ 1,7 log10).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet uniwersalnych.

4. Pakiet 4 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- ✓ 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
 - ✓ 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana rewersowo
 - ✓ 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm
 - ✓ 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
 - ✓ 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
 - ✓ 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm
 - ✓ 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrościecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
- Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm. Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m² odpornego na penetrację płynów (>175 cmH₂O, odpornego na rozrywanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log 10$). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyjących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet uniwersalnych.

5. Pakiet 4 – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

6. Pakiet 4 – prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku sterylizacji radiacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

7. Pakiet 4 – czy Zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw serwet z 4 etykietami do dokumentacji medycznej.

8. Pakiet 4 – prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy oczekuje zestawu, którego etykieta pozwala na identyfikację składu zestawu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw serwet, którego etykieta pozwala na identyfikację składu zestawu.

9. Pakiet 4 – prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje serwet wyposażonych w szerokie taśmy lepne 4-5 cm, w celu dokładnej i bezpiecznej aplikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

10. Pakiet 5 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- ✓ 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm
- ✓ 1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm
- ✓ 1 x serweta przylepna 75 x 75 cm
- ✓ 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- ✓ 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrościecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
- ✓ 1 x serweta 200 x 300 cm do zabiegów na kończynie, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem 6 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet do operacji na kończynie.

11. Pakiet 5 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

- ✓ 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu)
- ✓ 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem
- ✓ 1x taśma lepna 9x50 cm
- ✓ 1 x serweta 230x300 cm do zabiegów na kończynie, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu serwet do operacji na kończynie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak