



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 5 stycznia 2023 r.

SP ZOZ / DZ / 29 / 2023

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, implantów do rekonstrukcji urazów i gwoździ śródszpikowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-PN-4/2022

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego: Trzpień bezcementowy o stożku 12/14 z zachowaniem pozostałych wymaganych opisem parametrów trzpienia? Panewkę o podwójnej ruchomości w wersji bezcementowej w rozmiarach od 44 do 62 z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych w swz zarówno w 2 odniesieniu do panewki bezcementowej i cementowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 – Endoprotezy stawu nadgarstkowośródręcznego kciuka w poz. 1. Trzpień o poniższych parametrach Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru.

W poz. 2 Szyjkę o poniższych parametrach:

Szyjkę ze stali nierdzewnej, dostępną w wersji z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7 mm, 8,7 mm lub 10,7 mm. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 137°

W poz. 3 Panewkę o następujących parametrach:

Panewkę ze stopu tytanu pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości) dostępne 3 średnice: 8 mm, 9mm oraz 10 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego asortymentu

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

/-/

Krzysztof Sobczak

Sporządził:

Imię i nazwisko – Agata Cebula
Stanowisko - Specjalista
Numer telefonu 63 2805615