



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, 13 stycznia 2023r.

SP ZOZ / DZ / 97 / 2023

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, implantów do rekonstrukcji urazów i gwoździ śródszpikowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-PN-4/2022

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 2) oraz udostępnienia (dot. § 2), których wzory przesyłamy w załączeniu?

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w Nowym Tomyślu pomiędzy:

..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,

REGON.....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Przechowawcą

a

..... z siedzibą w, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

..... pod numerem KRS:, NIP:, REGON, reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąża Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, poczynając od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. **PEŁNE DANE SZPITALA**
2. **Data zabiegu:**.....
3. **Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)**
A)
B)
4. **Zużyte elementy**

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....

.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.

2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniemniezgodnie z instrukcjami obsługi.

3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu przeprowadzenia jej inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.

5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni.....Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.

2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres oddo r.

2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego.....w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.

4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanych załączników.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §2)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest towar z krótszym terminem ważności.

3. Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. §2)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu do umowy.

4. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §5 ust. 12 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu do umowy.

5. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1

W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,4 % wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

6. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 3

W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,4 % wartości brutto wadliwej części dostawy towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostawy towaru wolnego od wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

7. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 4

W razie wystąpienia opóźnienia w usunięciu usterek instrumentarium, tj. przekroczenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w

wysokości 50,00 zł brutto za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną godzinę przekroczenia terminu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

8. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 5

W razie wystąpienia opóźnienia w zapewnieniu w pierwszym dniu obowiązywania umowy w banku szpitalnym – depozycie wymaganego asortymentu lub instrumentarium Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50,00 zł brutto za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną godzinę przekroczenia terminu., jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

9. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

10. Pakiet nr 30 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ odpiętowych równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

poz. 1. – Gwóźdź odpiętowy do złamań kości piętowej, wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową, wykonany ze stopu tytanu. Długość $L=45\div55$ mm (ze skokiem co 5mm) pokryty w całości celownikiem; średnica 10mm. Gwóźdź posiada dla długości $L=45\div55$ – co najmniej trzy gwintowane otwory, jeden fasolkowy. W zestawie śruby kaniulowane 5,0 lub 5,5mm w długościach od 24-40mm, rosnąc o co 2mm. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Komplet: 1 gwóźdź + 2 śruby.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego asortymentu.

11. Pakiet nr 30 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ odpiętowych równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

poz. 2. – Gwóźdź odpiętowy do złamań do atrodezy kaniulowany, posiadający 4 gwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu, w wersji do artrodezy stawu skokowo-piętowego. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65, 75 i 85 mm. Instrumentarium i umożliwiające dystrybucję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5,0 lub 5,5 mm w długościach od 24-40mm rosnąc co 2mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śrub

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego asortymentu.

12. Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować wymagania dotyczące depozytu przez dodanie, że szczegółowe ilości i skład zostaną ustalone pomiędzy stronami umowy?

Odpowiedź:

Informacje odnośnie depozytu zostały określone w zapisach SWZ i załączniku nr 2.

13. Pakiet nr 31 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

poz. 1. – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, w części bliższej możliwość opcjonalnego blokowania przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 5mm i śruby zespalającej o średnicy 10,5mm wraz z elementem ustalającym. Możliwość opcjonalnego blokowania śrubą teleskopową 10,5 w miejsce śruby standardowej zespalającej 10,5. W części dalszej blokowany wkretami blokującym, posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Gwoździe o długości 180÷200mm (ze skokiem co 20mm) – w wersji krótkiej. Gwoździe o długości 280÷420mm (ze skokiem co 20mm) – w wersji długiej, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130° oraz 135°, średnica: 10mm, 11mm, 12mm. Komplet to: gwóźdź śródszpikowy; pin derotacyjny; śruba doszyjkowa; 2 śruby blokujące; zaślepka/ śruba ustalająca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

14. Pakiet nr 31 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

poz. 2. – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, jeden uniwersalny do kości prawej i lewej, anatomiczne odgięcie gwoźdźcia, w wersji długiej i krótkiej, kaniulowany. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. Rozmiary: długość 150mm średnica 8, 9mm dla wersji krótkiej oraz 180÷320mm stopniowana co 20mm, średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm dla wersji długiej. Komplet to: gwóźdź śródszpikowy; cztery śruby do części bliższej, dwie do dalszej; zaślepka/śruba kompresyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

15. Pakiet nr 31 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

poz. 3. – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, kaniulowany. Anatomiczne odgięcie gwoźdźcia wynoszące 4°, wprowadzany proksymalnie oraz dystalnie. Możliwość kompresji. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania. Rozmiary: średnica 7 i 8mm, długość 180-320mm stopniowana co 20mm. Komplet to: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące; zaślepka/śruba kompresyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

16. Pakiet nr 31 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

poz. 4. – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej wprowadzany odkolanowo. Jeden uniwersalny gwóźdź do lewej i prawej kończyny przeznaczony do leczenia złamań kości udowej używany przy metodzie wstecznej. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu max. 5mm od końca gwoźdźcia. W części dalszej posiadający min. 8 otworów w tym:

- 2 otwory o średnicy 6,5mm w płaszczyźnie strzałkowej, pierwszy na wysokości max 8 mm od końca gwoźdźcia,
- 2 otwory o średnicy 5mm gwintowane w płaszczyźnie strzałkowej ,
- 2 otwory skośne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej wynoszącym 30° ,
- 2 otwory kondylarne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej 30° i jednocześnie w płaszczyźnie AP–30°.

Długość L=180÷420mm (ze skokiem co 20mm) do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 10÷12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Otwory w gwoździu o średnicy 6,5mm blokowane zestawem blokującym lub wkrętem 6,5mm z nakrętkami. Komplet to: gwóźdź śródszpikowy; dwie śruby do części bliższej; dwie śruby do części dalszej, dwie nakrętki, zaślepka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

17. Pakiet nr 31 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

poz. 5. – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonów kości piszczelowej. Gwoździe w wersji litej lub kaniulowanej, tytanowe. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzy płaszczyznową stabilizację. Średnica 8-10mm ze skokiem (co 1mm). Komplet to: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące; zaślepka/śruba kompresyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

18. Pakiet nr 31 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

poz. 6. – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonów kości udowej z dostępu bliższego. Gwoździe w wersji tytanowej, kaniulowane. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). Rozmiary: średnica 8÷11mm ze skokiem (co 1mm). Komplet to: gwóźdź śródszpikowy; 3 śruby blokujące; zaślepka/śruba kompresyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

19. Pakiet nr 31 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

poz. 7. – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonów kości piszczelowej. Gwoździe w wersji stalowej, kaniulowane. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową

stabilizację. Średnica: 9-12mm ze skokiem (co 1mm). Komplet to: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące; zaślepka/śruba kompresyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

20. Pakiet nr 31 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

poz. 8. – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonów kości udowej z dostępu bliższego. Gwoździe w wersji stalowej, kaniulowane. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). Rozmiary: średnica 10÷12mm ze skokiem (co 1mm). Komplet to: gwóźdź śródszpikowy; 3 śruby blokujące; zaślepka/śruba kompresyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

21. Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować wymagania dotyczące depozytu przez dodanie, że szczegółowe ilości i skład zostaną ustalone pomiędzy stronami umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

22. Pakiet nr 33 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wyrobów równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

Poz. 1 – Dynamiczna płytką biodrowa do leczenia złamań szyjki kości udowej, złamań przezkrętarzowych, okołokrętarzowych oraz złamań trzonu kości udowej. Wykonana ze stopów tytanu. Kształt płytki dostosowany do anatomii kości. W części szyjkowej trzy otwory blokowane dostosowane do śrub teleskopowych 7,3mm. W części trzonowej płytki znajdują się otwory blokowane pochylone naprzemiennie. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z ograniczonym kontaktem implantu z kością. Kąt szyjkowo-trzonowy pomiędzy otworami na śruby doszyjkowe, a powierzchnią trzonową płytki 130°. Komplet: płytką, 3 śruby proksymalne, 2 śruby dystalne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

23. Pakiet nr 36 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wyrobów równoważnych do opisanych, według parametrów jak poniżej:

Poz. 1 – Gwoździe do kości przedramienia i kości strzałkowej, system wykonany ze stopu tytanu, średnica fi 4-5 mm w wersji litej, dł. 180-260mm skok co 20mm, kompletne (na komplet składa się: gwóźdź, śruba zaślepiająca, 4 śruby blokujące fi 2,7)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.

24. Czy w odniesieniu do zapisów §2 ust. 2 i 3 umowy stanowiących o instrumentariach (w depozycie u Zamawiającego), Zamawiający potwierdza, że będzie się kierował zapisami pod każdym pakietem w zakresie instrumentariów – dot. tych pakietów gdzie jest informacja o dostawie przed planowanym zabiegiem? W obecnej formie zapisy ww. ustępów nakładają na Wykonawców obowiązek złożenia wszystkich instr. do depozytu szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium zgodnie z zapisami SWZ.

25. Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 1 i 2, iż depozyt (implanty i instrumentaria) zostaną przekazane do Zamawiającego w terminie 5 dni od obustronnego podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami umowy, instrumentarium wymagane przez Zamawiającego musi znajdować się w siedzibie Zamawiającego od pierwszego dnia obowiązywania podpisanej umowy.

26. Czy Zamawiający zmieni termin określony w § 2 ust. 7 oraz §8 ust. 6 z 24 godzin na 1 dzień roboczy – ustalenie wszystkich terminów w dniach roboczych zamiast w godzinach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

27. Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin reklamacji będzie liczony od dnia wysłania pisma i reklamowanego towaru.

28. Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 4, iż prawo do składania reklamacji jest w okresie 12 miesięcy od dokonania zakupu oraz odstąpi od wymogu podawania daty ważności na opakowaniu jeżeli przepisy nie nakładają takiego obowiązku?

Na wstępie należy podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wszystkie wyroby muszą mieć określony termin ważności na opakowaniu. Okres ważności danego wyrobu medycznego często może wynosić 5 czy też 10 lat. Z uwagi na powyższe wnosimy ograniczenie okresu gwarancji do 12 miesięcy zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisach wysokość kar:

- a) §9 ust. 4 zmieni karę umowną z 50 zł/godzinę na 50 zł/ dobę
- b) §9 ust. 5 zmieni karę umowną z 500 zł /godzinę na 100 zł /dobę?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Ponadto kara umowna określona kwotowo może przewyższać wartość niedostarczonego towaru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

30. Czy Zamawiający w §9 ust. 6 dookreśli, pojęcie „nienależyte wykonanie dostawy inny niż przez opóźnienie w wydaniu towaru”?

Obecny zapis jest nieprecyzyjny, a ogólne pojęcie „nienależyte wykonanie umowy może być interpretowane przez Zamawiającego w dowolny sposób. Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o dookreślenie pojęcia nienależytego wykonania dostawy.

Odpowiedź:

Zapis dotyczy nienależytego wykonania dostawy, w sposób inny niż opóźnienie.

31. Czy Zamawiający Zmieni postanowienia dotyczące waloryzacji poprzez odniesienie do wzrostu towarów wskazanych przez GUS i usunięcie ograniczenia 5% ewentualnie o dodanie:

1) Wykonawca posiada uprawnienie do waloryzacji (dalej jako: „Waloryzacja”) wszystkich stawek i elementów Wynagrodzenia, ujętych w Ofercie stanowiącym Załącznik do Umowy, w odniesieniu do rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako: "Wskaźnik"), zgodnie z poniższym:

- a) Waloryzacja dokonywana jest z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, po wydaniu przez Prezesa GUS (lub inny uprawniony organ) komunikatu o wysokości Wskaźnika. Waloryzacja obejmuje Wynagrodzenie Wykonawcy należne jemu za dostawę towarów na mocy Umowy od początku roku, w którym dokonano Waloryzacji.
- b) Waloryzacja nie jest dokonywana w sytuacji, gdy Wskaźnik jest ujemny.
- c) Pierwsza Waloryzacja zostanie dokonana w odniesieniu do stawek ujętych w Ofercie. Każda kolejna Waloryzacja zostanie dokonana w odniesieniu do cen zwaloryzowanych z początkiem roku poprzedzającego, zgodnie z ustępem niniejszym, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej.
- d) Waloryzacja nie wymaga zmiany Umowy, treści załączników do Umowy ani zgody Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak

Sporządził:

Imię i nazwisko – Agata Cebula
Stanowisko - Specjalista
Numer telefonu 63 2805615