



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 30 listopada 2021 r.

SP ZOZ / DZ / 1738 / 2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę wieży artroskopowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-35/2021

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. dot. § 9 ust. 1, 3 projektu umowy – zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w ww. paragrafie. Naszym zdaniem, wysokość przedstawionych kar umownych jest rażąco wygórowana. Wnosimy zatem o obniżenie wysokości przedstawionych kar umownych odpowiednio:

✓ ust. 1 – w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszej umowy;

✓ ust. 3 – 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego w którym upłynął termin napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych i konserwacji.

Takie kwoty kar, w pełni odpowiadają funkcji kompensacyjno – odszkodowawczej stymulującej wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania i nie odbiegają swą wysokością od kwot ogólnie przyjętych w umowach o udzielenie zamówienia publicznego na podobny asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej, tym samym podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia

2. dot. Załącznika nr 2 – specyfikacja techniczna, pkt. 3.11 – medyczny rejestrator – czy Zamawiający dopuści do postępowania zamiennie jako źródło tej samej jakości sygnału 4K UHD wejście wideo: 1 x DVI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 zamiast wejścia HDMI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

3. dot. Załącznika nr 2 – specyfikacja techniczna, pkt. 3.12 – medyczny rejestrator – czy Zamawiający dopuści do postępowania zamiennie jako źródło tej samej jakości sygnału 4K UHD wyjście wideo 2 x DVI, 4x 3G-SDI, 2x DisplayPort 1.1/1.2(MST) zamiast wejścia HDMI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

4. dot. Załącznika nr 2 – specyfikacja techniczna, pkt. 4.12 – monitor medyczny – czy Zamawiający dopuści do postępowania zamiennie jako źródło tej samej jakości sygnału 4K UHD wyjście wideo DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI zamiast wejścia DPM, DVI-I, HDMI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

5. dotyczy punktu 1.2 – czy Zamawiający dopuści przycisk balansu bieli na ekranie dotykowym urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przycisk balansu bieli na ekranie dotykowym urządzenia.

6. dotyczy punktu 1.3 – czy Zamawiający dopuści 2xmini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przycisków na głowicy kamery?)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7. dotyczy punktu 1.4 – czy biorąc pod uwagę oferowanie oddzielnego rejestratora Zamawiający dopuści gniazda USB umiejscowione w rejestratorze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

8. dotyczy punktu 1.5 – czy biorąc pod uwagę oferowanie oddzielnego rejestratora Zamawiający dopuści 1 gniazdo USB z przodu rejestratora do podłączenia dysku zewnętrznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9. dotyczy punktu 1.6 – czy w przypadku oferowania oddzielnego rejestratora Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego złącza urządzenia do wprowadzania danych pacjenta. Wprowadzanie danych pacjenta nie wymaga dodatkowego urządzenia i jest realizowane poprzez ekran dotykowy rejestratora.

Odpowiedź:

W przypadku zaoferowania oddzielnego rejestratora, Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego złącza urządzenia do wprowadzania danych pacjenta.

10. dotyczy punktu 4.8 – czy Zamawiający dopuści matrycę IPS z dodatkową osłoną wykonaną z przezroczystego tworzywa chroniącego ekran?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.

11. dotyczy punktu 4.9 – czy w przypadku braku migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności w oferowanym monitorze, Zamawiający zrezygnuje z funkcji eliminowania migotania obrazu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

12. dotyczy punktu 4.11 – czy Zamawiający dopuści monitor z wejściami wideo: DVI, HDMI 4K oraz HDMI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

13. dotyczy punktu 4.12 – czy Zamawiający dopuści monitor bez wyjść wideo? Dodatkowe wyjścia sygnału wideo znajdują się w oferowanym rejestratorze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

14. dotyczy punktu 5 – czy Zamawiający wymaga aby konsola Shavera była kompatybilna z posiadanymi napędami wiertarskimi typu REMB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza konsolę Shavera kompatybilną z posiadanymi napędami wiertarskimi typu REMB.

15. dotyczy punktu 6.3 – czy Zamawiający dopuści, zamiast sterowania poprzez dotykowy ekran, konsolę Vaporyzatora ze sterowaniem poprzez przyciski na panelu przednim konsoli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

16. dotyczy punktu 6.9 – czy Zamawiający dopuści trzyprzyciskową z dodatkową funkcją sterowania poziomem mocy, sterylną elektrodę ablacyjno – koagulacyjną do procedur artroskopowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

17. dotyczy punktu 5 oraz 6 – czy Zamawiający dopuści jedną konsolę shavera-vaporyzatora bez sterowania dodatkowymi napędami elektrycznymi jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- ✓ w rozdziale XV. specyfikacji warunków zamówienia punkt 1. otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 4 stycznia 2022 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.
- ✓ w rozdziale XVII. specyfikacji warunków zamówienia, punkt 1. otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. do godziny 08:30.”
- ✓ w rozdziale XVII. specyfikacji warunków zamówienia, punkt 2. otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2021 r. o godzinie 09:15.”

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak