



Turek, 22 kwietnia 2022r.

SP ZOZ / DZ / 515 / 2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-7/2022.

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pakiet 1, poz. 1-7 – Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach:  
0,5 x 25  
0,6 x 32  
0,7 x 32  
0,8 x 38  
0,9 x 38  
1,2 x 38  
1,6 x 38  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
2. Pakiet 1, poz. 7 – Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach 2,00 x 70 mm  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
3. Pakiet 2, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie igły z mankietem na całej szerokości opakowania od strony osłonki. Osłonka w przeciwieństwie do nasadki powinna być wyrzucana zaraz po wyjęciu igły z opakowania jednostkowego i założenia jej na strzykawkę. To nasadka powinna być chroniona przed kontaminacją.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
4. Pakiet 6, poz. 4-5 – Proszę o dopuszczenie maski z nebulizatorem z drenem o długości 2 m.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment.
5. Pakiet 6, poz. 6 – Proszę o dopuszczenie drenu o długości 2 m.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
6. Pakiet 7, poz. 1-9 – Proszę o dopuszczenie cewników w rozmiarach 4-20  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
7. Pakiet 7, poz. 2-9 – Proszę o dopuszczenie cewników o długości 50 cm  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
8. Pakiet 7, poz. 2-9 – Proszę o dopuszczenie rurek w rozmiarach 1-6  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
9. Pakiet 21, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą dwuczęściową, składającej się z przezroczystej komory kroplowej i filtra.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.

10. Pakiet 21, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą dwuczęściową ( z części miękkiej i twardej)  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
11. Pakiet 24, poz. 1, 3, 4, 5, 6, 7 – Proszę o dopuszczenie kaniul bez możliwości obrotu koreczka o 180°  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
12. Pakiet 24, poz. 1-11 – Proszę o dopuszczenie kaniul bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
13. Pakiet 24, poz. 1-11 – Proszę o dopuszczenie kaniul z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
14. Pakiet 24, poz. 4 – Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze 1,00 x 32  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
15. Pakiet 24, poz. 5 – Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze 1,00 x 32  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
16. Pakiet 24, poz. 7 – Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze 1,20 x 38  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
17. Pakiet 24, poz. 9 – Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze 1,10 x 32  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
18. Pakiet 25, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie koreczków tylko w kolorze czerwonym.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
19. Pakiet 25, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie koreczków w kolorze czerwonym i niebieskim  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
20. Pakiet 28, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie kraników z kolorowymi pokrętłami, białym, niebieski i czerwonym.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
21. Pakiet 29, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie kraników z drenem o długości 10 cm.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
22. Pakiet 30, poz. 1-2 – Proszę o dopuszczenie strzykawek bez kołnierza  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
23. Pakiet 30, poz. 1-2 – Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 50/60 ml.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
24. Pakiet 30, poz. 1-2 – Proszę o dopuszczenie strzykawek z łącznikiem luer lock  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
25. Pakiet 31, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie strzykawki 20 ml w opakowaniu po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
26. Pakiet 31, poz. 2-4 – Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 sztuk.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
27. Pakiet 36, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie strzykawek U-100 z igłą 0,33 x 13  
Odpowiedź:

- Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
28. Pakiet 36, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie strzykawek U-100 z igłą 0,5 x 16 mm.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
29. Pakiet 36, poz. 1 – Proszę o dopuszczenie strzykawek U-40 z igłą 0,4 x 13  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
30. Pakiet 85, poz. 1-4 – Proszę o dopuszczenie cewników o długości 50 cm  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
31. Dotyczy: pakietu 83 – Igieł doszpikowych  
Zwracamy się do Zamawiającego zapytaniem czy wymaga, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta ?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga powyższego od Wykonawcy.
32. Dotyczy pakietu 84 – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy będzie wymagać, aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił przynajmniej 48 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł doszpikowych?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga powyższego od Wykonawcy.
33. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
34. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy zgodzi się na zmianę słowa „opóźnienie” na sformułowanie „zwłoka” we wzorze umowy §7?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.
35. Dotyczy pakietu 6 poz. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czystego?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
36. Dotyczy pakietu 6 poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski tlenowej do wysokich stężeń tlenu dla dorosłych, która wyposażona jest w elastomerowy, bezciśnieniowy mankiet uszczelniający twarz łącznie z brodą, z podwójnym podbródkiem, w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych z drenem?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
37. Dotyczy pakietu 6 poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski tlenowej do wysokich stężeń tlenu, pediatrycznej, wyposażonej w elastomerowy, bezciśnieniowy mankiet uszczelniający twarz dziecka w uniwersalnym rozmiarze z drenem?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
38. Dotyczy pakietu 12 poz. 1-8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym z wysokiej jakości zastawką zapewniającą ścisłe przyleganie mankieta, z paskami kontrastującymi umożliwiającymi dokładną identyfikację położenia rurki na zdjęciu radiologicznym, ze znacznikami głębokości oraz z oznaczeniem rozmiaru na rurce oraz baloniku kontrolnym w rozmiarach zgodnych z SWZ?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
39. Dotyczy pakietu 13 poz. 1-6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnych rurek ustno-gardłowych w rozmiarach 00 = 5,0 cm ; 0 = 5,5 cm ; 1 = 6,5 cm ; 2 = 8,0 cm ; 3 = 9,0 cm ; 4 = 10,0 cm?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
40. Dotyczy pakietu 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra oddechowego mechanicznego HEPA z wkładem harmonijkowym antybakteryjnego i antywirusowego o przestrzeni martwej 63ml i wadze 36g, o skuteczności filtracji >99,999%, z portem do kapnografii, sterylny, z zaznaczeniem kierunku przepływu gazu?  
Odpowiedź:

- Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
41. Dotyczy pakietu 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego mechanicznego HEPA z wkładem harmonijkowym antybakteryjnego i antywirusowego o przestrzeni martwej 63ml i wadze 36g, o skuteczności filtracji >99,999%, z portem do kapnografii, mikrobiologicznie czysty, z zaznaczeniem kierunku przepływu gazu?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
42. Dotyczy pakietu 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego elektrostatycznego z celulozowym wkładem filtrującym, o przestrzeni martwej 42ml, waga filtra 23g, skuteczność filtracji >99,998%, z portem do kapnografii, sterylny, z zaznaczeniem kierunku przepływu gazu?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
43. Dotyczy pakietu 64 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 64 układ oddechowy do wentylacji pacjenta podczas znieczulenia z trójnikiem i kolankiem z portem kapno połączonym na stałe przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ? Układ zakończony jest kapturkiem zabezpieczającym układ. Stałe połączenie Y z rurami zapewnia lepszą szczelność układu podczas wykonywanej procedury?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
44. Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści: poz. 1 – Cewniki urologiczne dopęcherzowe Nelaton dla mężczyzn, jałowe, wykonane z poliu-retanu, posiadają hydrofilową, gładką powierzchnię, zapewniającą komfortowe użycie, bez użycia lubrykantu lub wody, nie zawiera PVC, opakowanie łatwe w otwieraniu, folia-folia, 30 szt., rozmiary CH10, CH12, CH14, CH16, CH18.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
45. Czy Zamawiający w pakiecie 57 dopuści:  
Poz. 57.1.1 worek stomijny, jednoczęściowy, zamknięty beżowy, rozmiar 10-76 mm  
Poz. 57.1.2 worek stomijny, jednoczęściowy, zamknięty przezroczysty, rozmiar 10-76 mm  
Poz. 57.2.1 worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, beżowy, rozmiar 10-76 mm  
Poz. 57.2.2 worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, przezroczysty, rozmiar 10-76 mm  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
46. Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: cewnik zewnętrzny wykonany z silikonu medycznego, 1-częściowy, samoprzylepny, rozmiary 23, 28, 31, 35, 40 mm, opakowanie 30 szt.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem SWZ.
47. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury ra-zem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury (pdf) na ad-res mailowy wskazany przez Zamawiającego.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie faktur listem poleconym.
48. Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt., cewniki po 30 szt. w opakowaniu)? W przypadku na-szej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.  
Odpowiedź:
49. Zamawiający dopuszcza realizowanie zamówień w pełnych opakowaniach.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku  
/-/  
Krzysztof Sobczak