



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 10 maja 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 578 / 2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę łóżek i szafek przyłóżkowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-12/2022

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (Załącznik nr 3d) bez możliwości przedłużenia leża?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko bez możliwości przedłużenia leża. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku zaoferowania łóżka bez możliwości przedłużenia leża, Wykonawca nie otrzyma punktów z przypadku wykazania, że łóżko wyposażone jest w dodatkowy materac „klin” służący uzupełnieniu przerwy po wydłużeniu leża.

2. Załącznik nr 3a – czy Zamawiający dopuści łóżko bez pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

3. Załącznik nr 3a – czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe w którym trzy ruchome segmenty wypełnione są metalową siatką a segment stały to blacha?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko czterosegmentowe w którym trzy ruchome segmenty wypełnione są metalową siatką a segment stały to blachą.

4. Załącznik nr 3b – czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w barierki boczne opuszczane, zabezpieczające pacjenta na całej długości, mocowane do ramy leża, niezależne od szczytów, z możliwością przekładania do innych łóżek tego samego modelu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane barierki.

5. Załącznik nr 3b – czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w barierki boczne składane, zabezpieczające pacjenta na ok 75% długości leża? Barrierki mocowane do ramy leża, niezależne od szczytów, z możliwością przekładania do innych łóżek tego samego modelu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych barierek.

6. Załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2100mm (leże o długości 2000mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej 2100 mm z leżem o długości 2000 mm.

7. Załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030mm (leże o szerokości 900mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o szerokości całkowitej 1030 mm z leżem o szerokości 900 mm.

8. Załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w barierki boczne opuszczane, metalowe, zabezpieczające pacjenta na całej długości, mocowane do ramy leża, niezależne od szczytów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
9. Załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w barierki boczne składane, wykonane z profili owalnych, zabezpieczające pacjenta na ok 75% długości leża? Barierki mocowane do ramy leża, niezależne od szczytów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych barierek.
10. Załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w aluminiowe barierki boczne, dzielone w proporcji 60% i 40%, zabezpieczające pacjenta na całej długości? Barierki niezależne od szczytów, opuszczane poniżej poziomu materaca poprzez zwolnienie mechanizmu oraz wykonanie ruchu półokrężnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych barierek.
11. Załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 410-810mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza regulację wysokości 410 – 810 mm.
12. Załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący, w którym funkcja świadomego użycia odbywa się poprzez podniesienie tworzywowej osłony przycisków, która stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
13. Załącznik nr 3d – czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu mówiącego o tym iż panel sterujący musi być „wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie pozycji”?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza łóżko bez przycisku umożliwiającego dowolne zaprogramowanie pozycji.
14. Załącznik nr 3e – czy Zamawiający dopuści szafki, w których fronty wykonane z blachy stalowej, malowanej farbą proszkową w kolorach dopasowanych do blatów?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.
15. Załącznik nr 3e – czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w górną szufladę i dolny kontener zamykany drzwiczkami z zatraskiem magnetycznym oraz przestrzenią pomiędzy nimi i półkę np. na obuwie umiejscowioną w dole szafki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak